



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 10. 11. 2014**

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 70891095  
Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:  
„Vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), upřesňuje následujícími dodatečnými informacemi zadávací podmínky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

**1) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel požaduje u položky V 65 Lokomoční тренаžér ergonomické madlo se snímačem srdeční tepové frekvence a zároveň madla pro geriatrické pacienty - dlouhá madla po celé pásu. Snímání tepové frekvence prostřednictvím madla v přední části chodníku není použitelné pro pacienty, kteří se přidržují madel po stranách.

Připustí zadavatel technicky lepší řešení snímání tepové frekvence prostřednictvím bezdrátového snímače (systém POLAR), které je pro geriatrické pacienty více bezpečné?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel připouští snímání tepové frekvence prostřednictvím bezdrátového snímače.**

**2) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel požaduje u položky V 65 Lokomoční тренаžér nášlapnou plochu se snímači v protiskluzové úpravě - impregnovanou teflonem (tloušťka 2,5 cm). Domníváme se, že došlo k administrativní chybě. Protiskluzová úprava se týká pásu, po kterém pacient chodí, který nemá teflonový, tj. hladký povrch s tloušťkou 2,5 cm.

Připustí zadavatel nabídku přístroje s nášlapnou plochu v protiskluzové úpravě, která není impregnovaná teflonem?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel požaduje nášlapnou plochu v protiskluzové úpravě, konkrétní technické řešení je na uchazeči.**



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**3) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel požaduje u položky V 65 Lokomoční trenažér projekci vizuální stimulace pro nácvik symetrie chůze. Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje projekci značek (např. stop) na pás pro vizuální stimulaci pro nácvik symetrie chůze?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel požaduje projekci značek na pás s možností nastavení délky kroku, šířky kroku a natočení chodidel pro nácvik symetrie chůze.**

**4) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel požaduje u položky V 65 Lokomoční trenažér propojení s EMG. Má být EMG součástí nabídky?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Lokomoční trenažér musí umožňovat propojení s EMG. EMG není součástí této veřejné zakázky.**

**5) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel požaduje u položky V 65 Lokomoční trenažér synchronizaci s videem. Má nabízený přístroj umožňovat rozšíření o kamerový systém pro synchronizovaný video záznam chůze pacienta, nebo má tento kamerový systém být součástí nabídky?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Kamerový systém pro synchronizovaný video záznam chůze pacienta bude součástí nabídky.**

**6) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel uvádí u položky V 65 Lokomoční trenažér přesné číselné parametry jednoho konkrétního modelu chodníku, které se pro tyto přístroje používají. Zastupujeme renomovaného evropského výrobce přístrojů pro lokomoční trénink, který pro tyto přístroje používá jiné chodníky s mírně odlišnými parametry. Rozdíly v hodnotách nemají vliv na účel použití přístroje. Připustí zadavatel účast více uchazečů / výrobců tím, že umožní nabídnout přístroj postavený na chodníku s těmito parametry: rozměr chodníku 210 x 82 cm, plocha pásu 150 x 50 cm, rychlost vpřed 0-22km/h, zpětný chod 0-6 km, náklon 0 – 25%, max zatížení pacientem 200 kg, hmotnost zařízení cca 200 kg, Parametry dynamického odlehčení: výška 239 cm, š. vnitřní 103 cm, š. vnější 117 cm, max odlehčení pacienta -90 kg, max hmotnost pacienta 159 kg?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Ano, uvedené parametry chodníku jsou přípustné.**

**7) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

U položky V 111 Polohovací zvedák zadavatel požaduje neobvykle vysokou bezpečnou pracovní zátěž (228 kg). Přitom u položky V3, postel polohovatelná je požadovaná nosnost lůžka 210 kg. Připustí zadavatel nabídku zvedáku s nosností odpovídající nosnosti lůžek, tj. 210 kg?



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Ano, zadavatel připouští zvedák s nosností 210 kg.**

**8) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda u položky V 110 Sprchový vozík požaduje provedení s nerez konstrukcí pro vyšší intenzitu používání nebo základní provedení s lakovanou konstrukcí.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel požaduje sprchový vozík v provedení nerez nebo Alu.**

**9) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

U položky V 110 Sprchový vozík zadavatel uvádí požadavek: „funkce přímého pojezdu u dvou koleček“. Splní tento požadavek sprchový vozík se systémem osmi dvojitými kolečky, který umožňuje udržení pohybu v přímém směru bez potřeby aretace jednotlivých koleček?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel požaduje snadnou manipulovatelnost a zajištění přímého pojezdu, konkrétní technické řešení je na uchazeči.**

**10) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

V rámci položky V 97 Vybavení sesterna zadavatel požaduje zvedák. Požaduje zadavatel zvedák shodného provedení s položkou V 111 Polohovací zvedák?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Ano, zvedáky na sesternách budou shodné s položkou V 111 Polohovací zvedák.**

**11) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

U položky V 111 Polohovací zvedák na osoby zadavatel požaduje mobilní pasivní zvedák pro náročné pečovatelské prostředí. Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje zvedák v provedení s nerezovou konstrukcí, nikoli zvedák základní řady s lakovanou konstrukcí?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel požaduje polohovací zvedák v provedení nerez nebo Alu.**

**12) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

U položky V 111 Polohovací zvedák zadavatel požaduje indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie. Indikace napětí baterie pomocí barevného displeje je charakteristická pro jeden konkrétní přístroj, přitom způsob indikace nízkého napětí baterie nemá praktický význam z hlediska využitelnosti přístroje. Připustí zadavatel účast více uchazečů / výrobců tím, že umožní nabídnout zvedák s LED indikátorem vybití baterie?



**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel požaduje dobře viditelnou signalizaci nízkého napětí baterie, konkrétní technické řešení je na uchazeči.**

**13) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

U položky E8 je ve VV uvedeno „Stínící interiérová roleta – mechanická interiérová stínící roleta s blackoutovou textilií bílé barvy...“. Ve výkresu výrobku E8 je uvedeno „Promítací plátno – podrobná specifikace v příloze SLP vč. počtu“.

Požaduje zadavatel pod položkou E8 stínící interiérovou roletu nebo promítací plátno?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel požaduje promítací plátno.**

**14) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel uvádí v příloze dodatečných informací č. 1 ze dne 20.10.2014, v tabulce 1290\_PDI\_VV\_R02, listě - Položky SD „Podrobněji v technické zprávě“. Rozumíme tomu správně, že prolámané sádkartonové pohledy, popsané v textové části projektu, jsou na výkresech 1.115.g, 1.115.h, 1.115.i, 1.115.j, 1.115.k?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel vyzval projektanta k objasnění dotazu a k dnešnímu dni neobdržel odpověď.**

**15) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel zveřejnil výkaz výměr jako součást zadávacích podmínek, na základě dodatečných informací č. 1 ze dne 20.10.2014 upravil a změnil rozsah plnění, např. že kancelářský balíček není předmětem plnění veřejné zakázky a upřesnil počet ks polohovacích pomůcek. Zadavatel ale změnu nezpracoval do výkazu výměr a tím pádem zveřejněný výkaz výměr není aktuální. Znamená to, že uchazeč si má provést aktualizaci výkazu výměr sám v souladu s dodatečnými informacemi?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel upřesní výkaz výměr v následujících dodatečných informacích.**

**16) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovil požadavky na technické parametry a vlastnosti jednotlivých produktů (položek). Zadavatel v rámci zadávacích podmínek ale nestavil požadavek na předložení technických listů od jednotlivých uchazečů minimálně na zdravotnické přístroje, přestože tyto přístroje jsou v zadávací dokumentaci detailně specifikovány. Dle našeho názoru nebude zadavatel (hodnotící komise) schopen v rámci hodnocení předložených nabídek posoudit splnění technických zadávacích podmínek a zadavatel tak nebude i přes veškerou snahu schopen postupovat v souladu s §6 zákona o veřejných zakázkách, především v souladu se zásadou transparentnosti.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Bude zadavatel požadovat předložení technických listů s uvedením typového označení a prohlášení o shodě minimálně pro zdravotnické přístroje (položky: V3, V4, V46, V64, V65, V66, V67, V68, V69, V70, V71, V72, V73, V74, V75, V76, V77, V78, V80, V81, V82, V88, V97, V102, V108, V110, V111, V112, V116, V117) a kompletní gastronomickou technologii (položky V106) jako součást (přílohu) smlouvy?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel požaduje předložení technických listů s uvedením konkrétních nabízených typů a jejich technických parametrů, z nichž bude zřejmé splnění technických požadavků, minimálně pro tyto položky:**

N 122	Magnetoterapeutické lehátko se solenoidem
N 123	Elektrické lehátko dvoudílné
V 3	Postel polohovatelná
V 4	Křeslo odpočinkové vyšší
V 46	Polohovací postel
V 64	Vyšetřovací lůžko
V 65	Lokomoční trenažér
V 66	Bezmotorový chodník s rampou
V 67	Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu
V 68	Elektrický chodník s rampou
V 69	Rehabilitační cvičební stroj
V 70	Končetinová vana
V 71	Lymfodrenáž
V 72	Dvoudílné terapeutické lehátko
V 73	Infralampa
V 74	Kombinovaný přístroj ultrazvuk – elektroléčba
V 75	Magnetoterapie
V 76	Výkonný laser
V 77	Oxygenoterapie
V 78	Ultrazvukový inhalátor
V 80	Defibrilátor
V 81	EKG
V 82	Schodolez
V 88	Vozík invalidní polohovací
V 97	Vybavení sesterna
V 102	Vybavení lékař
V 106	Vybavení gastro
	Pás tabletovací 3 500 x 500 x 900 mm
	Vozík výdejní pojízdný s ohřevem 2 X GN1/1, 860 x 665 x 900 mm
	Vozík transportní na tablety 1045 x 650 x 1100 mm
	Vozík regálový na tablety 625x1275x1800 mm
	Myčka pásová elektrická
	Rošt podlahový s vpustí 2200 x 400 mm
	Konvektomat elektrický na 6x1/1GN
V 108	Vybavení sestra



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

V 110	Sprchový vozík
V 111	Polohovací zvedák na osoby
V 112	Třídílný aplikátor s 3D impulsy
V 117	Sprchový panel

**17) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Ze zadávací dokumentace u položek „výrobky N“ – N125 Kliprám A1, N132 Grafika formát A1, N132.1 Grafika, N132.2 Grafika zcela jednoznačně nevyplývá, zda je předmětem plnění i zpracování grafického návrhu či jen realizace dle požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace? Žádáme zadavatele o upřesnění rozsahu plnění.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Jedná se o na trhu dostupné fototapety v uvedených rozměrech.**

**18) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

U položky V 75 Magnetoterapie zadavatel požaduje místní aplikátor kombinovaný s polarizovaným světlem. Polarizované světlo nemá opodstatnění při magnetoterapii. Připustí zadavatel nabídku přístroje pro magnetoterapii bez polarizovaného světla?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel připouští nabídku přístroje pro magnetoterapii bez polarizovaného světla**

**19) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

U položky V 75 Magnetoterapie zadavatel požaduje 3D rotační magnetické pulzy. Připustí zadavatel nabídku přístroje se stejnou funkcí – rozmítání frekvence a střídání magnet. pulzů, pod jiným obchodním označením?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Ano, obdobné řešení s jiným obchodním označením je přípustné.**

**20) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel požaduje u položek LED osvětlení v podhledu napájecí zdroj 12V DC. Připustí zadavatel nabídku LED osvětlení vč. zdroje s napájením 24V, které je výhodnější z důvodu vyšší životnosti LED?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Ano, napájecí napětí 24V je přípustné. Napájecí zdroj bude součástí nabídky.**

**21) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

U položky V 115 - Vybavení rehabilitace - 1 ks zadavatel uvádí „pod-položky“: balony, gumy, malé činky, koše na pomůcky. U těchto položek není uveden požadovaný počet. Uchazeč proto žádá o upřesnění požadovaného počtu uvedených „pod-položek“.



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

**Zadavatel upřesňuje počty „pod-položek“ - rehabilitační míče 10 ks různých rozměrů, 10 ks cvičících gum, 10 ks 0,5 kg činek, 4 koše na pomůcky.**

Odpověď na dotaz č. 14 a č.15 zodpoví zadavatel do konce tohoto týdne. Lhůta pro podání nabídek bude přiměřeně prodloužena v dalších dodatečných informacích.

S pozdravem

Bc. Adéla Novotná, v.r.  
kontaktní osoba zadavatele

Odbor krajského investora  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
tel.: 257 280 531  
e-mail: [novotnaa@kr-s.cz](mailto:novotnaa@kr-s.cz)