



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 27. 11. 2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
„Vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), upřesňuje následujícími dodatečnými informacemi zadávací podmínky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

1) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Ve specifikaci položky V 68 Elektrický chodník s rampou zadavatel zkombinoval parametry, které kombinovat nelze. Zadavatel požaduje funkce či vlastnosti, které má pouze chodník pro rehabilitaci (bradlové opěry s plynovou pružinou, klávesnice na madle (magnetické uchycení, RS232-PC-sériové rozhraní), brzdňý systém (ovládán terapeutem, nebo samotným pacientem a zastaví chodník okamžitě)) a zároveň dynamický režim (pohon manuální, svou vlastní energií běžec uvádí vše do pohybu), který má pouze sportovní verze. Chodníky s dynamickým režimem nelze vybavit bradlovými opěrami, klávesnicí na madle ani brzdňým systémem. Na trhu není přístroj, který by splňoval všechny uvedené požadavky.

Připustí zadavatel nabídku elektrického chodníku bez dynamického režimu?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel požaduje funkční chodník pro cvičení rovnováhy, chůze či běhu. Dynamický režim není potřeba.

2) Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

U položky V 68 Elektrický chodník s rampou zadavatel uvádí specifikaci modelu, který se již nevyrábí. Zadavatel ve specifikaci uvádí „Statická odhmoťňovací rampa s nájezdovou rampou pro inv. vozík, bradlové opěry s plynovou pružinou“ a dále „Parametry rampy – Rozsah nastavení š 45–150cm, v 64–108cm“. U dostupných systémů jsou madla – bradlové opěry součástí chodníku, nikoli součástí odhmoťňovací rampy.

Připustí zadavatel nabídku Elektrického chodníku s bradlovými opěrami nastavitelnými v požadovaném rozsahu (Rozsah nastavení š 45–150cm, v 64–108cm) a s odhmoťňovací rampou s těmito parametry: dvojbodové zavěšení, rozměry max. 190 x 130 x 275cm, barva bílá, nosnost pacienta 180 kg?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Není rozhodující k čemu jsou bradlové opěry připevněny, zda k chodníku či odhmoťňovací rampě.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

S ohledem na charakter těchto dodatečných informací zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek je 8. 12. 2014 do 9:30 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 8. 12. 2014 v 10:00 hodin na adrese zadavatele, v zasedací místnosti č.3091.**

S pozdravem

Bc. Adéla Novotná, v.r.
kontaktní osoba zadavatele

Odbor krajského investora
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 531
e-mail: novotnaa@kr-s.cz