



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE
31.10.2014**

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Zastoupený: Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Vybavení Domova seniorů Rakovník“

Evidenční číslo zakázky **489549**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

1) Zadávací dokumentace „DS Rakovník výkresová část“ 003 - Noční stolek

- „Oboustranný s jídelní deskou na výsuvném rameni“

Může uchazeč nabídnout stolek s výškově nastavitelnou jídelní deskou, u které je nutná aretace v předem definovaných výškových polohách?

Uchazeč má za to, že výše vypsání řešení, významně omezuje variabilitu výškového nastavení jídelní desky.

Dotaz zní:

Bude zadavatel vyžadovat konstrukční řešení výsuvného ramene, kdy je možné jídelní desku nastavit plynule do libovolné výšky, dle potřeby klienta a personálu?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 1) V zadání je uvedeno (nastav. v rozmezí 77-112 cm). Zadavatel požaduje plynulé nastavení libovolné výšky.

2) Zadávací dokumentace „DS Rakovník výkresová část“ 001 – Elektricky polohovatelné lůžko

- 4 dílná ložná plocha (lamelový rošt)

Může uchazeč nabídnout ložnou plochu lůžka, tvořenou dřevěnými lamelami, které jsou uchyceny do plastových pouzder?



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Uchazeč má za to, že požití tohoto konstrukčního řešení ložné plochy, snižuje životnost lůžka a zvyšuje riziko nozokomiální nákazy, díky nedokonalé desinfekci dřevěných lamel a zatékání nečistot do plastových pouzder, v kterých jsou lamely uchyceny.

Uchazeč má za to, že řešení, kdy je ložná plocha tvořena kovovými sítěmi, nebo kovovými lamelami, výrazně snižuje zdravotní rizika, která mohou nastat při použití dřevěných lamel. Zároveň zásadně prodlužuje životnost lůžka a tím výrazně zvyšuje ekonomickou výhodnost tohoto řešení.

Ložná plocha, kterou tvoří kovové lamely, kovové sítě je standardem, výrobců nemocničních a pečovatelských lůžek.

Dotaz zní:

Je pro všechny uchazeče závazné nabídnout lůžka s ložnou plochou, tvořenou dřevěnými lamelami, které snižují životnost ložné plochy a zároveň zvyšují rizika infekcí?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 2) V zadání je uvedeno „4 dílná ložná plocha (lamelový rošt)“ bez specifikace materiálu lamel a jejich uchycení. Na základě dotazu specifikujeme tak, že dřevěné lamely s plastovými pouzdry uchycení vylučujeme, zadavatel požaduje lamely kovové, v úvahu přichází i jejich nahrazení kovovou sítí.

3) Zadávací dokumentace „DS Rakovník výkresová část“ 001 – Elektricky polohovatelné lůžko

- Vnější rozměry 220 x 90cm

Zadavatel vyžaduje splnění parametru vnější plochy lůžka 220 x 90 cm. Uchazeč má za to, že pokud zadavatel definuje současně požadavek na vnitřní rozměry ložné plochy lůžka 200 x 90 cm, tak je při použití postranic, konstrukčně nemožné, dodržet tento parametr a domnívá se, že vnější rozměr šířky lůžka musí být větší.

Dotaz zní:

Může uchazeč nabídnout lůžko s vnějšími rozměry, např. 220 x 105 cm?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 3) Je pravda, že vnější rozměry musí být větší, než rozměr ložné plochy. Za tohoto stavu je žádoucí vnější rozměr lůžka 220 x 100 cm.

4) Zadávací dokumentace „DS Rakovník výkresová část“ 001 – Elektricky polohovatelné lůžko

- Ilustrační foto

Uchazeč má za to, že „ilustrační foto“ znázorňuje lůžko, které neodpovídá platným normám, a to především normě ČSN EN 60601-2-52. Tato norma jasně definuje požadavky na technické parametry lůžka, které minimalizují možnost úrazu klienta a personálu.

Dotaz zní:

Bude zadavatel důsledně vyžadovat po všech uchazečích, aby nabídli lůžka splňující platnou normu ČSN EN 60601-2-52, bod 201.3.203 / Aplikační prostředí: Pečovatelské domy, rehabilitační a geriatrické domy, která minimalizuje rizika nechtěného poranění při manipulaci s lůžky?



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 4) Ano, zadavatel požaduje splnění normy, splnění normy má přednost před ilustračním obrázkem.

5) Zadávací dokumentace „DS Rakovník výkresová část“ 001 – Elektricky polohovatelné lůžko

- Ilustrační foto

„Ilustrační foto“ znázorňuje lůžko s kolečky, které přesahují obvod ložné plochy lůžka.

Uchazeč má za to, že kolečka, která přesahují mimo obvod ložné plochy lůžka, jsou významným rizikovým faktorem, zvláště u klientů se sníženou pohyblivostí, kdy hrozí zvýšené riziko zakopnutí a tím možnost vážného úrazu.

Dotaz zní:

Bude zadavatel vyžadovat lůžko s kolečky umístěnými tak, aby nepřesahovala obvod ložné plochy a tím neohrožovala bezpečnost klientů?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám :

ad 5) Ano, zadavatel vyžaduje lůžko s kolečky umístěnými tak, aby nepřesahovala obvod ložné plochy.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek **končí dne 1.12.2014 v 8.30** hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **1.12.2014 v 9:00** hodin, a to v sídle zadavatele v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Bc. David Petržílek, v.r.

tel.: +420 257 280 352

e-mail : petrzilek@kr-s.cz