



DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 17. 4. 2024

ZADAVATEL: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 75030926

Zastoupená: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Přístroje pro nepřímou srdeční masáž“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené doplňující informace k zadávací dokumentaci

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy, na které poskytuje odpověď.

Dotaz účastníka č. 1:

Dobrý den, zadavatel v Příloha č. 3 - Technická specifikace.doc požaduje váhu kompletního systému pro nepřímou srdeční masáž max 8 kg. Chtěl bych touto cestou požádat o změnu technického parametru na váhu kompletního systému pro nepřímou srdeční masáž na max 9kg. Naše pokročilé zařízení má z důvodu nainstalovaných dvou baterií váhu 8,90kg. Duální konstrukce na usazení 2ks baterií mají obrovskou medicínskou výhodu. Další výhodou je 3,5" dotykový displej 320 x 240 pixelů. Díky displeji má zdravotník lepší přehled o nastavených parametrech.

1. 90 minut provozu

2. 1ks baterie lze vyměnit během provozu. Nemůže nastat zastavení přístroje při nepřímé srdeční masáži.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel umožňuje navýšení celkové hmotnosti kompletního systému pro nepřímou srdeční masáž na max. 9 Kg.

Současně zadavatel na základě dotazu upravuje Technickou specifikaci ohledně maximální váhy a dále doplňuje požadavek na kompatibilitu přístroje. Účastník do své nabídky použije tuto přílohu.

Dotaz účastníka č. 2

Zadavatel v Zadávací dokumentaci požaduje: 11.4 Technická kvalifikace Seznam významných dodávek a) Splnění požadavků na prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona Dodavatel prokáže předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední tři (3) roky před zahájením Zadávacího řízení, přičemž z Dodavatelem předloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat, že Dodavatel poskytl alespoň jednu (1) dodávku spočívající v dodání přístrojů pro nepřímou srdeční masáž či obdobného charakteru jako je předmět plnění o finanční hodnotě minimálně 2 500 000 Kč bez DPH za jednu dodávku. Bude zadavatel považovat uvedený požadavek za splněný, pokud naše společnost předloží seznam významných dodávek s alespoň jednou dodávkou, ovšem v nižší hodnotě, a to minimálně 2.200.000,- Kč bez DPH/dodávka?



Odpověď zadavatele:

Zadavatel snižuje hodnotu referentské zakázky na 2 000 000 Kč bez DPH, čím umožní lepší přístup k zakázce malým a středním firmám. Původní finanční požadavek v částce 2 500 000 Kč se nyní nahrazuje částkou 2 000 000 Kč.

Článek 11.4. Technické kvalifikace v zadávací dokumentaci nově zní takto:

Seznam významných dodávek

a) Splnění požadavků na prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona Dodavatel prokáže předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední tři (3) roky před zahájením Zadávacího řízení, přičemž z Dodavatelem předloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat, že Dodavatel poskytl alespoň jednu (1) dodávku spočívající v dodání přístrojů pro nepřímou srdeční masáž či obdobného charakteru jako je předmět plnění o finanční hodnotě **minimálně 2 000 000 Kč bez DPH za jednu dodávku.**

Vzhledem k povaze tohoto doplnění zadávací dokumentace zadavatel přistupuje dle § 99 odst. 2 k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 20. 5. 2024 v 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 k Doplnění č. 1 ze dne 17. 4. 2024 - Technická specifikace upravená

v.r. MUDr. Pavel Rusý, ředitel příspěvkové organizace