



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 5. 6. 2024

ZADAVATEL: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.
Sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČO: 75030926
Zastoupený: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Sanitní vozidla ZZS – typ C–2025 a 2026“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlující informace k zadávací dokumentaci

Zadavatel obdržel dne 13. 5. 2024 níže uvedené dotazy na které poskytuje odpovědi.

Dotaz č. 1:

Zadavatel opakovaně v technické specifikaci pro část A i B požaduje vozidla v souladu s normou ČSN EN 1789+A2. Předpokládáme, že jde o omyl zadavatele a jsou požadována vozidla v souladu s v současné době platnou verzí normy EN 1789. Domníváme se, že by vozidla neměla být dodána v souladu s neplatnou legislativou. Žádáme zadavatele o úpravu parametrů do souladu s aktuálně platnou legislativou. Vzhledem k situaci, kdy chyba v legislativním rámci veřejné zakázky může výrazně změnit nabídnutý typ vozidla, žádáme o opravu a prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o 14 dní.

Odpověď zadavatele č. 1 :

Zadavatel tuto technickou specifikaci upravil a uveřejnil dokument Doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 17. 5. 2024. Technický požadavek byl změněn u obou částí veřejné zakázky na normu ČSN EN 1789 z důvodu aktuální platnosti požadovaných norem. Současně byla upravena technická specifikace na normu ČSN EN 1789. Zadavatel ji poskytl v přílohách doplnění č. 1. Zadavatel na základě změny technické specifikaci již lhůtu prodloužil na základě § 99 ZZVZ.

Dotaz č. 2:

Radiostanice, navigační systém, jednotka Lupus.

Zadavatel požaduje u IT systému a systémů radiokomunikace kompatibilitu se stávajícím systémem vč. propojení nebo dodání zařízení dle současného standardu zadavatel.

- Žádáme zadavatele o zveřejnění nebo sdělení v současné době používaných zařízení a dodavatelů těchto zařízení pro možnost dodržení kompatibility a tím i zajištění rovných podmínek pro každého dodavatele, který dosud zadavateli sanitní vozidla nedodával a není obeznámen se současným řešením těchto systémů. Prosíme o uveřejnění typu systémů tak jak zadavatel učinil v případě tabletu Samsung
- Žádáme zadavatele, u upřesnění typu zařízení u všech komponentů (lékařských přístrojů) , kde požaduje zařízení v souladu se standardem dodavatele, a to u zařízení kde standard dodavatele není uveden. Prosíme o uveřejnění typu systémů tak jak zadavatel učinil v případě tabletu Samsung



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- Žádáme zadavatele, aby v souladu se ZD zveřejnil současné přístrojové, IT, radiokomunikační a navigační zařízení, aby byl dodržen standard kvality a kompatibility dle požadavku zadavatele, tak jak je vyžadováno zadávací dokumentací .

Zadávací dokumentace:

Toto označení u některých položek v TS (položka č. 147 a č. 153) je uvedeno ve smyslu aktuálně používaného přístrojového vybavení ve všech vozidlech celé flotily, a to z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením, které již zadavatel užívá. Dalším hlediskem je důraz na funkčnost a provázanost s informačním systémem operačního řízení výjezdových skupin ZZS SK a vozovým parkem. Ve všech vozidlech musí být z důvodu funkčnosti systémů stejné přístrojové vybavení.) V případě, že součástí dodávky je z hlediska IT a radiokomunikačních zařízení pouze tablet Samsung, prosíme o potvrzení této informace.

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel poskytuje informaci o současné komunikační a IT technice viz. níže:

144.

Vozidlová radiostanice kompatibilní se stávající technologií používanou zadavatelem, umístěná ve středové skříňce mezi sedadlem řidiče a spolujezdce. K radiostanici bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V, stálé napájení a napájení po zapnutí klíčku a zakončení svodu od antény pro radiostanici.

Motorola MOTOTRBO DM 2600 VHF digital/analog

145.

Ruční digitální radiostanice s dokovací stanicí používaná zadavatelem v rámci systému IZS, bude umístěna na zadní horní straně středového panelu mezi sedadly řidiče a spolujezdce. K dokovací stanici bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V - stálé napájení a napájení po klíčku. Zakončen zde bude i anténní svod. Například pro RDST TPH 700.

Matra Pegas 900

147.

Navigační tablet vozidla, dle standardu zadavatele.

Samsung TAB Active 3 LTE + software GINA SW

148.

Termo tiskárna (WIFI)

Brother PJ-883 (nebo starší Brother PJ-773)

149.

Konektivita pro vůz

Teltonika RUT-X12 (nebo starší Teltonika RUT-950)

151.

Kamerový systém – přední kamera

Longse řady LMCM30



Dotaz č. 3:

1 ks Defibrilátor

Dle požadované specifikace máme za to, že zadavatel požaduje přístroj Corpuls 3. Průzkumem trhu u všech dostupných dodavatelů jsme došli k závěru, že žádný jiný přístroj na trhu nesplní požadavky na všechny parametry u jednoho přístroje současně.

Absolutně respektujeme právo zadavatele na specifikaci přístroje s ohledem na potřebnou kompatibilitu se stávajícím vybavením.

- Žádáme proto zadavatele o zajištění rovných podmínek pro všechny dodavatele u dovozce přístroje do ČR, včetně jeho povinnosti poskytnout cenovou nabídku všem uchazečům. V opačném případě žádáme o ujištění, že bude zadavatel akceptovat i přístroj dodaný z jiné země, nebo přístroj, který nebude v plném souladu s požadovanou specifikací.

U tohoto přístroje může cena přístroje představovat i podstatnou část ceny předmětu plnění, proto je pro nás zajištění rovných podmínek stěžejní.

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel k předmětnému dotazu uvádí, že zadávací podmínky jsou stanoveny v souladu se základními zásadami zadávání veřejných zakázek a vyjadřují jeho odůvodněné potřeby související s předmětem veřejné zakázky. Z pozice zadavatele nemůže zadavatel, jakkoliv zasahovat do obchodních vztahů soukromých subjektů. Zadavatel bude akceptovat takové nabídky dodavatelů, které budou v souladu se stanovenými technickými podmínkami předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 4:

1 kus lineární injekční dávkovač

- AC napájení: 100–240 V

Připustí zadavatel dodání lineárního injekčního dávkovače s napájením 12 V z palubní sítě vozidla?

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel nepřipouští uvedené dodání, z důvodu jednotnosti řešení v rámci vozového parku a trvá na stávající technické specifikaci.

Dotaz č. 5

Vestavěný měnič napětí 12 V/230 V s minimálním stálým výkonem 1 000 W s čistou sinusoidou a s barevně odlišenými třemi zásuvkami s minimálním krytím IP44 s krytem barevně odlišeným od zásuvek napájených z vnějšího zdroje 230 V. Provoz každé zásuvky bude signalizován pomocí LED diody. Měnič bude ovládán samostatným vypínačem s kontrolkou v zorném poli řidiče a bude v provozu při zapnutí klíčku, nebo při připojení vozidla na vnější zdroj 230 V. Dvě zásuvky budou umístěné na levé straně v sanitní zástavbě vozidla u držáků přístrojů, aby mohly být využity pro případné dobíjení těchto přístrojů. Jedna zásuvka bude umístěna u držáku tiskárny pro její napájení;

- Požaduje zadavatel skutečně, aby v době připojení vozidla na síť 230 byl skutečně funkční měnič, tzn. měnič napojený na vozidlovou síť 12 V?



- Připustí zadavatel řešení, kdy barevně označené zásuvky budou v době jízdy napájeny z měniče napětí a v době stání vozidla budou napájeny z vnějšího připojeného zdroje 230 V ?

Odpověď zadavatele č. 5:

Zadavatel připouští řešení, kdy barevně odlišné zásuvky budou v době jízdy napájeny z měniče a v době stání budou napájeny z vnějšího zdroje. Při tomto řešení požaduje zadavatel navíc u zásuvek barevné odlišení provozu měniče a externího zdroje vícebarevnou led diodou.

Dotaz č. 6:

Automatická akumulátorová nabíječka, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, se dvěma nezávislými nabíjecími obvody (nabíjecí proud minimálně 20 A)

Připustí zadavatel řešení kombinované nabíječky s měničem 2000 W, kdy dodavatel nabídne výrazně lepší řešení a lepší výkon měniče v jednom multifunkčním zařízení?

Odpověď zadavatele č. 6:

Zadavatel připouští použití multifunkčního zařízení pro nabíjení a měniče napětí, při dodržení minimálních požadavků pro oba přístroje stanovených zadávacími podmínkami zadavatele.

Vzhledem k tomu, že zadavatel zveřejňuje Vysvětlení ZD po stanovené lhůtě pro odpověď, přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 27. 6. 2024 v 10:00 hod.

MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SK