



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7 ze dne 31. 7. 2024

ZADAVATEL: Zdravotnická záchraná služba Středočeského kraje, p.o.
Sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČO: 75030926
Zastoupený: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Sanitní vozidla ZZS – typ C–2025 a 2026“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlující informace k zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje následující parametry

"• turbínová technologie (nezávislost na zdroji kyslíku)

- hmotnost max. 4 kg
- rozměry vlastního přístroje max. 220 x 140 x 140 mm,
- možnost podávání O2 v rozmezí 21-100% po připojení ext. zdroje (vč. koncentrátoru)

• el. napájení ze sítě vozidla, bateriový provoz až 8 hod.

- barevný displej ovládaný knoflíkem/tlačítkem
- invazivní, neinvazivní ventilace
- režimy VCV/IPPV, CPAP, SIMV, CPAP+PS, manuální ovládání
- nastavení PEEP na přístroji
- hygienický filtr na vstupu
- automatická kontrola funkce
- SD karta pro ukládání dat přístroje a možnost aktualizací
- dechový objem 50 – 2000 ml
- stupeň ochrany min. IP54
- variabilní nosné jednotky
- návod v ČJ
- Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem
- Prohlášení o shodě"

Bohužel jsme na trhu nenalezli žádný přístroj, který by plnil dané parametry ve všech bodech jako jeden přístroj. **Nejblíže k požadovaným parametrům mají dva přístroje výrobce Weinmann a přístroj Medumat a Medivent .**

Avšak přístroj Meduvent neplní požadavek na bateriový provoz, kdy výrobce uvádí bateriový provoz 7,5 hodiny, tato hodnota byla zjišťována u výrobce a také se tato hodnota nachází na oficiálních stránkách výrobce.

Zadavatel požaduje: bateriový provoz až 8 hod

Druhý možný přístroj Medumat sice plní požadavek na baterii, ale neplní požadavek na turbínovou technologii. Vzhledem k neplnění parametrů u obou možných přístrojů, žádáme zadavatel, aby na tuto skutečnost reagoval i když je tento dotaz podán po termínu pro podání žádostí o vysvětlení. Jelikož při současné specifikaci, by musel být vyloučen každý účastník, nabídne přístroj Medumat nebo Meduvent pro nesplnění závazné specifikace. Zadavatel opakovaně při dotazech trval na kompletním plnění technické specifikace.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel trvá na turbínové technologii (nezávislost na zdroji kyslíku), přičemž k bodu, kde je řešeno napájení ventilátoru pomocí baterie, si dovoluujeme zaslat odkaz na český návod (RZPRO s notifikací od SUKL) k přístroji Meduvent, na který se dotazujete.

<https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickýProstředek/Detail/234429>

V bodu napájení a baterie je v českém návodě uveden provoz až 8 hodin, nicméně zadavatel akceptuje i 7,5 hodiny provozu.

MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SK