



**„Retrakce zádového dílu min. 100 mm, retrakce stehenní dílu min. 60 mm“**

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat ložnou plochu s retrakcí zádového dílu 13 cm?

Odpověď: Ne, zadavatel považuje retrakci zádového dílu a stehenního dílu ložné plochy v celkové hodnotě 160 mm, jako zásadní v prevenci vzniku dekubitu, kterým jsou významně ohroženi klienti jeho zařízení a zároveň zvýšení komfortu při pobytu na lůžku.

**„Ochrana 100% ložné plochy“**

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dělené postranice, které odpovídají normě ČSN EN 60601 – 2 – 52, ale neposkytují zakrytí 100% ložné plochy lůžka?

Odpověď: Ne, požadavek na splnění normy ČSN EN 60601 – 2 – 52 je základním požadavkem, ale zadavatel na základě svých dlouholetých zkušeností požaduje postranice, které plnohodnotně chrání klienta po celé délce lůžka, tzn. bez jakýchkoliv mezer, jak v hlavové, tak v nožní části.

**„Postranice dělené v poměru 50:50“**

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat dělené postranice v jiném poměru než 50:50?

Odpověď: Ne, zadavatel na základě svých dlouholetých zkušeností považuje poměr dělení postranic 50:50, jako ergonomicky nejvhodnější, jak z důvodu bezpečnosti, tak pro ideální podporu při samostatné mobilizaci klientů.

V Rožďalovicích dne 10.2.2025

RNDr. Jana Příhodová  
ředitelka