

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO	75030926
Adresa sídla	Vančurova 1544, 272 01 Kladno
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	MUDr. Pavel Rusý, ředitel

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	Sanitní vozidla ZZS – typ C – ČSN EN 1789+A1 (5 + 5 ks)
Druh a režim zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodávky
Profil zadavatele	https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_72.html

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 1. 8. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), poskytuje vysvětlení dotazů včetně přesného znění žádostí.

Dotaz č. 1:

V příloze „Příloha_3_ZD_Technická specifikace_1789+A1_FINAL“ zadávací dokumentace požadujete splnění následujících požadavků:

Bod 10.

Požadavek zadavatele: Na pravém boku vozidla budou posuvné dveře s otevíracím oknem. Okno bude zatmavené fólií s propustností 0,5;

Dotaz: Nerozumíme požadavku zatmavené fólie s propustností 0,5. Požaduje zadavatel dodat okno zatmavené fólií s propustností 5 %? Tedy fólii s označením HP05?

Odpověď č. 1:

Ano. Zadavatel požaduje dodat okno zatmavené fólií s propustností 5 % – tedy fólii s označením HP05.

Dotaz č. 2

Bod 14.

Požadavek zadavatele: Pohon 4x4 nebo 2x0

Dotaz: Rozumíme požadavku 4x4 což je obecné označení vozidel s pohonem všech 4 kol. Označení 2x0 je nám ale neznámé. Měl zadavatel za to, že může dodavatel dodat vozidlo 4x2 tedy vozidlo s pohonem přední nebo zadní nápravy?

Odpověď č. 2:

Zadavatel opravuje předmětný požadavek na pohon 4x4 nebo 4x2. Přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace tvoří upravená Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Dotaz č. 3

Bod 28.

Požadavek zadavatele: Zesílený alternátor minimálně 180 A;

Dotaz: Z více jak 30-ti leté praxe výroby sanitních vozidel si dovoluujeme upozornit, že požadavek na 180A alternátor je nedostatečný. Z naší zkušenosti je při dnešní energetické náročnosti vozidla požadavek minimálně na 240A. Bude zadavatel trvat na zesíleném alternátoru minimálně 180A?

Odpověď č. 3

Zadavatel opravuje předmětný požadavek na minimálně 240A. Přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace tvoří upravená Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace.

Dotaz č. 4

Bod 34.

Požadavek zadavatele: 2 DIN originální autorádio s originálními reproduktory v kabině řidiče a s funkcí HF;

Dotaz: Základní vozidla na stavbu sanitních vozů se dnes již nevyrábí s autorádiem ve velikosti 2 DIN. Bude zadavatel akceptovat dodání originálního autorádia většího než 2 DIN?

Odpověď č. 4

Ano, zadavatel akceptuje dodání originálního autorádia většího než 2 DIN.

Dotaz č. 5

Bod 44.

Požadavek zadavatele: Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, prosklené se zatmavenými skly fólií s propustností 0,5;

Dotaz: Stejný dotaz jako v bodě 10.

Odpověď č. 5

Zadavatel požaduje dodat okno zatmavené fólií s propustností 5 % – tedy fólii s označením HP05.

Dotaz č. 6

Bod 45.

Požadavek zadavatele: Zatmavení bočních oken na levé a pravé straně od sloupku "B" tmavou fólií s propustností 0,5;

Dotaz: Stejný dotaz jako v bodě 10.

Odpověď č. 6

Zadavatel požaduje dodat okno zatmavené fólií s propustností 5 % – tedy fólii s označením HP05.

Dotaz č. 7

Bod 73.

Požadavek zadavatele: Před sedadlem spolujezdce bude umístěna čtecí LED lampička na ohebném krku;

Dotaz: Požaduje zadavatel stejné světlo jako je popsáno v bodě 57? Nebo se jedná o dvě odlišná osvětlení?

Odpověď č. 7

Zadavatel potvrzuje, že se jedná o jedno světlo (nepožaduje dvě odlišná osvětlení).

Dotaz č. 8

Bod 99.

Požadavek zadavatele: Klimatizace ambulantního prostoru s termostatem a ovládáním na ovládacím panelu v ambulantním prostoru s minimálně tří rychlostním ventilátorem;

Dotaz: Z důvodu častých problémů s neoriginální klimatizací používáme na sanitní vozidla výhradně originální klimatizaci od výrobce vozidla v prvním stupni výroby. Ta nám ale neumožňuje ovládání na panelu v ambulantním prostoru. Bude zadavatel akceptovat ovládání klimatizace na panelu v kabině řidiče, pokud bude plně automatická?

Odpověď č. 8

Ano, zadavatel bude akceptovat ovládání klimatizace na panelu v kabině řidiče, pokud bude plně automatická.

Dotaz č. 9

Bod 121.

Požadavek zadavatele: Držák s možností samostatně jištěným dobíjením na defibrilátor, bude upřesněno zadavatelem při zástavbě vozidla.

Dotaz: Cenové rozpětí držáků defibrilátorů je poměrně velké. Může zadavatel uvést konkrétní typ dodávaného držáku přístroje nebo stávající typ držáku, který zadavatel používá?

Odpověď č. 9

Držák musí být kompatibilní s používaným defibrilátorem zadavatele. Zadavatel v současné době používá defibrilátory výrobce Corpuls.

Dotaz č. 10

Bod 122.

Požadavek zadavatele: Držák se samostatným dobíjením pro ventilátor, bude upřesněno zadavatelem při zástavbě vozidla.

Dotaz: Cenové rozpětí držáků ventilátoru je poměrně velké. Může zadavatel uvést konkrétní typ dodávaného držáku přístroje nebo stávající typ držáku, který zadavatel používá?

Odpověď č. 10

Držák musí být kompatibilní s používaným ventilátorem zadavatele. Zadavatel v současné době používá ventilátory výrobce Weimann, obchodní označení Meduvent.

Dotaz č. 11

Bod 123:

Požadavek zadavatele: Držák se samostatným dobíjením pro odsávačku, bude upřesněno zadavatelem při zástavbě vozidla.

Dotaz: Cenové rozpětí držáků odsávaček je poměrně velké. Může zadavatel uvést konkrétní typ dodávaného držáku přístroje nebo stávající typ držáku, který zadavatel používá?

Odpověď č. 11

Držák musí být kompatibilní s používanou odsávačkou zadavatele. Zadavatel v současné době používá odsávačky výrobce Weimann, obchodní označení Accuvac.

Zadavatel závěrem dodává, že v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace přistupuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do

15. 8. 2025 do 10:00.

Příloha – Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace (aktualizovaná)

V Praze dne 6. 8. 2025

KAROLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář
zástupce zadavatele