

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 17. 2. 2026

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.
Sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČO: 75030926
Zastoupený: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Defibrilátory / monitory a AED pro ZZS SK“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlující informace k zadávací dokumentaci.

Zadavatel obdržel dne 16. 2. 2026 žádost o vysvětlení a níže zveřejňuje odpovědi.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje: defibrilační elektrody AED (dospělé i pediatrické) musí být plně kompatibilní s defibrilátory používanými v sanitních vozidlech v rámci ZZS SK bez použití přechodek či adaptérů z důvodů kontinuální monitorace srdeční činnosti pacienta a zajištění tak včasné a rychlé defibrilace.

Mohl byste upřesnit, o jaký typ defibrilátorů se jedná? Tento požadavek je však vysoce diskriminační a omezuje hospodářskou a spravedlivou soutěž, protože automaticky umožňuje podávat nabídky pouze těm uchazečům, kteří mají své defibrilátory nainstalovány ve svých sanitkách.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel stanovil požadavek na technickou a funkční kompatibilitu defibrilačních elektrod AED s defibrilátory používanými výjezdovými skupinami zdravotnické záchranné služby z důvodu zajištění kontinuity neodkladné resuscitační péče bez nutnosti výměny elektrod při předání pacienta.

Cílem tohoto požadavku je minimalizovat prodlení při poskytování život zachraňujících výkonů, zachovat nepřerušenu monitoraci srdečního rytmu a eliminovat klinická rizika spojená s nutností výměny elektrod v průběhu resuscitace. Dle doporučených postupů European Resuscitation Council (ERC Guidelines 2021) je časná defibrilace jedním z klíčových faktorů přežití při náhlé zástavě oběhu, přičemž jakákoli prodleva může mít přímý negativní dopad na klinický výsledek pacienta.

Zadavatel proto nepovažuje za klinicky přijatelné, aby při navazujících zásazích docházelo k přerušení defibrilační připravenosti nebo kontinuální monitorace srdeční činnosti z důvodu technické nekompatibility přístrojů. Požadavek je formulován jako funkční a jeho účelem není omezení hospodářské soutěže, ale zajištění bezpečnosti pacientů a kontinuity poskytované neodkladné péče. Zadavatel proto považuje požadavek za přiměřený a objektivně odůvodněný.

MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SK