



ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VYŠŠÍ
HODNOTY S NÁZVEM

**„V_N26_07 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO
PLAVIDLO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ SE
ZAMÝŠLENÝM UŽITÍM JAKO PLAVIDLO
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 2026 (PLICNÍ
VENTILÁTOR, MONITOR/DEFIBRILÁTOR)“**



1. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZADAVATELE

1.1. Veřejná zakázka

Režim zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu vyšší hodnoty (dále jen „VZMR“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zahájení VZMR: 25. 2. 2026

1.2. Zadavatel

1.2.1. Identifikace zadavatele

Název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČO: 750 30 926
Spisová značka: Pr 979 vedená o Městského soudu v Praze
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Pavel Rusý, ředitel

1.2.2. Kontaktní osoba zadavatele

Jméno: Ing. Barbora Šimůnková
Funkce: referent veřejných zakázek
E-mail: barbora.simunkova@zachranka.cz
Telefon: +420 777 871 155

2. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

2.1. Dotaz č. 1

2.1.1. Znění dotazu

Dobrý den,
v příloze Vám posíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Děkujeme za odpovědi,
S pozdravem

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace / dotazy

Veřejná zakázka: V_N26_07 Přístrojové vybavení pro plavidlo pro profesionální použití se zamýšleným užitím jako plavidlo záchranné služby 2026 (plicní ventilátor, monitor/defibrilátor) – část A
Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

Dobrý den,
prosíme o zodpovězení následujících dotazů k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky.

1) Registrace SÚKL

Zadavatel požaduje (Výzva k podání nabídky, bod 3.3 Technická kvalifikace, odst. 5; Technická specifikace, strana 3, předposlední odstavec) registraci SÚKL, že dodavatel smí provádět servis



a **instruktáže** personálu zadavatele na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem veřejné zakázky.

Současná legislativa (zákon o zdravotnických prostředcích) nestanovuje povinnost dokládat na SÚKL (ohlašovací povinnost se plní skrze Informační systém zdravotnických prostředků ISZS) potvrzení, že distributor je výrobcem autorizován k provádění instruktáže, SÚKL tuto autorizaci neviduje, v ISZS není nikde uvedena, tím pádem tento požadavek zadavatele nelze splnit.

Trvá zadavatel na doložení registrace SÚKL ohledně provádění instruktáže?

- 2) Lhůty na odstranění vady x možnost zápůjčky náhradního přístroje

Zadavatel požaduje (Kupní smlouva, článek VI, odst. 7), lhůtu na odstranění vady do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. Může nastat možnost, že pro odstranění vady bude nutno objednat poškozený/nefunkční díl u výrobce a tím pádem lhůta 5 pracovních dnů nebude moci být dodržena. Možností je zapůjčení náhradního přístroje stejné technické specifikace po dobu opravy.

Akceptuje zadavatel možnost zapůjčení náhradního přístroje stejné technické specifikace po dobu opravy?

Děkujeme za odpovědi,

2.1.2. Odpověď na dotaz

Zadavatel poskytuje k jednotlivým bodům následující odpovědi:

- 1) Zadavatel netrvá na doložení registrace SÚKL ve vztahu k provádění instruktáže zdravotnického personálu.

Požadavek bude splněn doložením autorizace výrobce zdravotnického prostředku dle čl. 3., odst. 3.3., bod 5. Výzvy k podání nabídek.

2. Zadavatel akceptuje možnost zapůjčení náhradního přístroje stejné nebo lepší technické specifikace po dobu opravy, zejména v případech, kdy odstranění vady vyžaduje dodání náhradních dílů nebo náročnější servisní zásah.

Zapůjčení náhradního přístroje bude považováno za splnění požadavku na odstranění vady ve stanovené lhůtě, pokud bude náhradní přístroj dodán nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení vady.

Zadavatel přistoupil k úpravě Výzvy k podání nabídek (čl. 3., odst. 3.3., bod 6. a čl. 7., odst. 7.2. bod 1.) a příloh č. 1A, č. 1B (úprava čl. VI., odst. 7.), č. 3A a č. 3B (úprava požadavku na rozsah registrace SÚKL) Výzvy k podání nabídek.

3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s tímto Vysvětlením zadávacích podmínek č. 1 prodlužuje konec lhůty pro podání nabídek do 20. 3. 2026 do 10 hod.

.....
MUDr. Pavel Rusý

ředitel