

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 05. 03. 2026

Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.
Sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČO: 75030926
Zastoupený: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Defibrilátory / monitory a AED pro ZZS SK“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlující informace k zadávací dokumentaci.

Zadavatel obdržel dne 4. 3. 2026 žádost o vysvětlení a níže zveřejňuje odpovědi.

Dotaz č. 1

Zadavatel v části B požaduje, aby defibrilační elektrody AED (dospělé i pediatrické) byly plně kompatibilní s defibrilátory používanými v sanitních vozidlech. Aby účastník mohl tuto podmínku splnit, může zadavatel uvést o jaký typ defibrilátorů se tedy jedná?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel uvádí, že výjezdové skupiny ZZS SK, p. o., používají defibrilátory platformou LIFEPAK a CORPULS. Jak již zadavatel uvedl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, požadavek na kompatibilitu defibrilačních elektrod AED s defibrilátory používanými ve výjezdových vozidlech sleduje zajištění kontinuity neodkladné resuscitační péče bez nutnosti výměny elektrod při předání pacienta. Požadavek je formulován jako funkční a zadavatel připouští jakékoli řešení, které zajistí požadovanou kompatibilitu bez použití přechodek či adaptérů.

MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SK