

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:	<b>CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb</b> Na spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO 42727219
Název veřejné zakázky:	Novostavba ubytovacího pavilonu Centra Rožmitál pod Třemšínem - nákup vybavení Část A – ošetřovatelské postele
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
Datum zahájení zadávacího řízení:	4. 3. 2026

### **Dotaz č. 1**

1. při požadavku na minimální nástupní výšku lůžka 25 cm, předpokládáme kolečka o průměru min. 50 mm s centrální brzdou?
2. nepíšete požadovaný typ postranic - zda podélné po celé délce lůžka nebo dělitelné teleskopické postranice v kombinaci dřeva a hliníku s minimálně 3 nebo 4 výškovými pozicemi s nerestriktivní funkcí a zároveň i opěrného madla pro klienta?
3. lampičku do lůžka zadavatel požaduje s přímým propojením na centrální jednotku lůžka, tj. bez trafa?
4. pasivní antidekubitní matraci - píšete pouze dle doporučení výrobcem lůžka - požadujete matraci pro nízké, střední, vysoké či velmi vysoké riziko vzniku dekubitů s těmi nejvyššími nároky na prevenci proleženin? Děkuji za upřesnění.

### **Odpověď:**

Zadavatel tímto informuje, že:

1. Kolečka jsou předpokládána v rozměru min. 50 mm v provedení ideálně plně gumové (plná guma bezdušové) s centrální brzdou.
2. Postranice jsou požadována v provedení dřevěné, po celé délce, nedělené, bez opěrného madla.
3. Lampička je uvažována v provedení bez trafa, s přímým napojením na mechanismus postele
4. Výška matrace je uvažována 18 – 25 cm, vysoké riziko vzniku dekubitů, 4. stupeň.

**Dotaz č. 2**

„Součástí dodávky musí být čtecí/diagnostická LED lampička uchytitelná k lůžku“

Zadavatel neupřesňuje, jakým způsobem má být LED lampička uchytitelná k lůžku? Na českém trhu je preferována varianta, kdy se flexibilní rameno s LED lampičkou, instaluje do pouzdra (pouzdro na hrazdu) v hlavovém čele a samotná LED lampička je propojená přímo do elektromotoru tak, aby nebylo nutné připojení do zásuvky. Druhou (levnější) variantou uchycení je možnost dodat LED lampičku s klipem, kdy je možné LED lampičku přichytit na čelo lůžka, policičku atd., ale je nutné propojení do zásuvky.

Dotaz: může zadavatel na základě výše zmíněného upřesnit, jakou variantu uchycení LED lampičky preferuje?

**Odpověď:**

Zadavatel tímto informuje, že flexibilní rameno s LED lampičkou se jeví jako nejvhodnější řešení, instaluje do pouzdra (pouzdro na hrazdu) v hlavovém čele a samotná LED lampička je propojená přímo do elektromotoru tak, aby nebylo nutné připojení do zásuvky. Blíže též viz dotaz č. 1, podotázka č. 3 v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

**Lhůta pro podání nabídek se nemění.**

V Pátku dne 10. 03. 2026

Mgr. Alena Dušková, Tender pro obce s.r.o., v.r.