



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 13.12.2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Nákup polohovacích lůžek do PO

Zadavatel Vám dle § 99 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č.2 – minimální technická specifikace požaduje vybavení lůžka - Sesterský ovládací panel. Toto vybavení se standardně používá u nemocničních lůžek. Může uchazeč nabídnout vybavení jen s patientským ovladačem s ochranou proti nechtěnému spuštění, nebo musí být součástí sesterský ovladač?

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č.2 – minimální technická specifikace požaduje vybavení lůžka – eurolišty
Toto vybavení se standardně používá u nemocničních lůžek k připojení různých přístrojů na lůžka.
Může uchazeč nabídnout pečovatelské lůžko bez eurolišty?

Dotaz č.3

Zadavatel v příloze č.2 – minimální technická specifikace požaduje vybavení lůžka – kolečka průměr min. 125mm
Toto vybavení se standardně používá u nemocničních lůžek pro transport lůžka s klientem. Předpokládám, že v sociálních službách se budou kolečka používat jen k snazšímu posunu po pokoji klientů, např. z důvodu úklidu.
Může uchazeč nabídnout kolečka o průměru 100mm?

Dotaz č. 4

Zadavatel v příloze č.2 – minimální technická specifikace požaduje vybavení lůžka – Pasivní antidekubitní matrace výška min.160mm
Standardní polohovací pečovatelská lůžka jsou konstruována pro matrace do výše 150mm z důvodu bezpečné výšky v závislosti na bezpečnostních postranicích.
Může uchazeč nabídnout matraci o výšce 150mm?

Odpověď ke všem uvedeným dotazům

Zadavatel trvá na splnění všech minimálních technických požadavků uvedených v technické specifikaci.

Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Bc. Jan Chalupný
Kontaktní osoba zadavatele