

První dotaz k nabídkovému řízení za dne 21.2.2019 - Veřejné:

Text dotazu:

Dne 21.2.2019 v 9:35

napsal(a):

Dobrý den,

chceme se zúčastnit „VZ Nákup laboratorního vybavení v projektu IKAP, část 1 a 2“, ale máme na Vás pár dotazů:

1. pro nabídku na laboratorní digestoře- z důvodu nacenění , potřebujeme projekt, popřípadě nějakou dispozici představy provedení včetně požadavku na množství odváděného vzduchu,
2. u analytické laboratorní váhy Vám můžeme nabídnout váživost pouze 310g s interní kalibrací, pokud by to nebyl problém.

Děkuji předem za odpověď.

S pozdravem

Odpověď zadavatele:

Dobrý den,

1. Projekt není zpracován, digestoř musí splňovat požadavky, uvedené v zadávacím popisu. Na funkční laboratorní nábytek není povinnost vypracovávat stavební projekt. **Vlastnosti, uvedené v zadávací dokumentaci jsou jediným limitujícím faktorem.** Vše se řídí zákonem danými normami pro výrobky této kategorie a velikosti, jejichž dodržení dodavatel garantuje.

Co se týká připojení na média, pak elektřina je přivedena na místo, plyn a voda budou dle požadavku vybraného dodavatele přivedeny přesně na místo (co do výšky, strany montáže apod.). Přípojku plynu a elektro k místu připojení digestoře si hradí zadavatel sám, **odtah si projektuje a dodává dodavatel sám na základě osobní prohlídky místa plnění a dodržení daných norem pro odtahová zařízení. Předpokládá se , že odtah bude doložen vstupní revizní zprávou.**

2. Váhy se dodávají podle parametrů popisu nebo lepších. Vlastnosti nabízeného zboží nesmí být "horší" než je uvedeno v popisu. Zadavatel nebude na požadovaných vlastnostech zboží nic měnit.

Tato odpověď je a musí být veřejná, proto současně s odesláním e-mailem ji dáváme ne systém E-ZAK do profilu zadavatele.

Za zadavatele:

Ing. Vladimír KEBERT, CSc,

ředitel školy