



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 28. 8. 2019

Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Zastoupená: MUDr. Jiřím Knorem Ph.D., ředitelem ZZS SK

IČ: 750 30 926

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na akci: „**Transportní defibrilátory**“.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 27. 8. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení tohoto dotazu i přesto, že byl doručen po zákonné lhůtě.

Dotaz účastníka č. 1:

Zadavatel požaduje v příloze č. 1 Technická specifikace, bod b. Bifázická technologie výboje, bifázický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360 J při manuálním i automatickém /AED/ režimu. Bude zadavatel akceptovat obdobný typ průběhu defibrilační vlny, přičemž se bude jednat o bifázickou technologii výboje (pravoúhlá dvoufázová vlna) s eskalací energie s maximální výší 200 J, při manuálním i AED režimu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v technické specifikaci předmětu: transportní defibrilátor pod bodem 1. písm. B. Bifázická technologie výboje, bifázický defibrilační výboj s eskalací energie výboje do 360 J při manuálním i automatickém /AED/ režimu. Zadavatel bude taktéž akceptovat obdobný typ průběhu defibrilační vlny s uvedenou eskalací energie s maximální výší výboje 200 J při manuálním i automatickém /AED/ režimu.

Dotaz účastníka č. 2:

Zadavatel požaduje v příloze č. 1 Technické specifikace, bod e. Možnost defibrilace přes dospělé i dětské defibrilační pevné elektrody – pádla (možnost nástavců). Zadavatel toto požaduje i přesto, že existuje doporučení institutu ERC defibrilovat přes multifunkční nalepovací elektrody. Bude pro Zadavatele akceptovatelná defibrilace a kardiostimulace prováděná přes multifunkční nalepovací elektrody (dospělé i dětské) které jsou v číselníku ZUM SUKL (dříve VZP)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v technické specifikaci předmětu: transportní defibrilátor pod bodem 1. písm. E. požadoval: *Možnost defibrilace přes dospělé i dětské defibrilační pevné elektrody – pádla (možnost nástavců).* Zadavatel bude také akceptovat defibrilaci a kardiostimulaci prováděnou přes multifunkční nalepovací elektrody (dospělé i dětské), kterou jsou v číselníku ZUM SUKL.

Kontaktní osoba:
Bc. Dana Rylichová
referent Odboru krajského investora,
Středočeský kraj