



PROTOKOL O POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI

podle § 39 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon")

1. Základní informace o Zadavateli, veřejné zakázce a průběhu zadávacího řízení

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zadavatel: | Středočeský kraj Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ 427 27 227 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek |
| Název veřejné zakázky: | Nákup polohovacích lůžek a aktivních matrací do PO |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |
| Druh zadávacího řízení: | otevřené nadlimitní řízení |
| Datum zahájení zadávacího řízení: | 30.10.2019 |

Posouzení nabídek provedli členové komise jmenovaní zadavatelem pro posouzení a hodnocení nabídek:

| Jméno a příjmení člena komise | Vztah člena komise k zadavateli |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Bc. Jan Chalupný | Zaměstnanec KÚSK |
| Bc. Dana Rylichová | Zaměstnanec KÚSK |
| Viktor Zadák | Zaměstnanec KÚSK |
| Helena Divoká | Zaměstnanec KÚSK |

(dále jen „**Komise**“).

Ve lhůtě pro podání nabídek, tj. do 02.12. 2019, 10:00 hod. obdržel zadavatel 1 nabídku.

Komise postupovala v souladu s ust. § 39 odst. 4 Zákona tak, že provedla posouzení splnění podmínek účasti jediného účastníka zadávacího řízení.

Komise provedla posouzení splnění podmínek účasti u následujícího účastníka:
LINET spol. s r.o., IČO: 00507814, 274 01 Slaný – Želvice 5.

Komise v rámci posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka zjistila následující skutečnosti:

1. Nabídka účastníka splňuje **požadavky zadavatele na obsah, formu a způsob podání nabídek**
2. Nabídka účastníka splňuje následující **požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace**, účastník prokázal splnění podmínek kvalifikace předloženým následujícími dokumenty:

Základní způsobilost dle § 74 Zákona:

| č. | Kontrolovaná skutečnost | Splněno | Poznámka |
|----|--|------------|---|
| 1. | Základní způsobilost dle článku 10 zadávací dokumentace (prokázáno doklady ne staršími než 3 měsíců přede dnem podání nabídek, v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 Zákona. | ANO | <ul style="list-style-type: none">Účastník prokázal základní způsobilost doložením originálu výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 28.11.2019.Účastník doložil originál čestného prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů ze dne 20.01.2020. |

Profesní způsobilost dle § 77 Zákona:

| č. | Kontrolovaná skutečnost | Splněno | Poznámka |
|----|---|------------|--|
| 1. | <p>Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zadávacího řízení zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (<i>prokázáno ne starší 3 měsíců přede dnem podání nabídek</i>).</p> <p>Doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.</p> <p>Doklad osvědčující odbornou způsobilost k distribuci a servisu zdravotnických prostředků, tj. jednou z níže uvedených možností:</p> <p>1) Potvrzení ohlášení registrace vydané SÚKL nebo</p> <p>2) Výpisem z registru SÚKLu dle zákona č. 268/2014 Sb., O zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo uvedeném URL adresy, na které je možné registraci ověřit, případně</p> <p>3) Doložením oznámení o splnění ohlašovací povinnosti vydané Ministerstvem zdravotnictví podle</p> | ANO | <ul style="list-style-type: none">Účastník prokázal základní způsobilost doložením originálu výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 28.11.2019.Účastník doložil originál čestného prohlášení ke splnění kvalifikačních předpokladů ze dne 20.01.2020.Účastník doložil originál výpisu z registru SÚKLu dle zákona č. 268/2014 Sb., O zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích ze dne 12.02.2018. A také odkazy na registr, kde je uvedena platnost registrace nabízených lůžek a matrací s platností do 31.03.2021. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | předchozí verze zákona s tím, že po splnění povinnosti registrace na SÚKL v průběhu předchozího období, bude potvrzení od SÚKL doloženo (§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ) | | |
|--|--|--|--|

Technická kvalifikace dle § 79 Zákona a odst. 10.4 zadávací dokumentace:

| č. | Kontrolovaná skutečnost | Splněno | Poznámka |
|----|--|---------|--|
| 1. | Předložení seznamu významných dodávek poskytnutých Dodavatelem za poslední 3 roky, ze kterých vyplývá, že realizoval minimálně 3 významné dodávky v předmětu veřejné zakázky o finanční hodnotě minimálně 500.000,- Kč bez DPH. | ANO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. Neumannova 144, 383 01 Prachatice, IČ: 70853517, 22 lůžek v hodnotě 789.113,60 Kč bez DPH. 27.06.2019 ▪ Domov Slaný, Poskytovatel soc. služeb, Hlaváčkovo nám. 218, 274 01 Slaný, IČ: 71234390, 99 lůžek v hodnotě 5.881 528,00 Kč bez DPH. 17.10.2019 ▪ Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, 106 16 Praha 10, IČ: 70878030, 201 lůžek v hodnotě 8.057.957,00 Kč bez DPH. 19.12.2019 |
| 2. | Dodavatel splňuje kritérium dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ doložením technického popisu (produktového listu) k nabízenému předmětu plnění, ze kterého bude zřejmé splnění požadovaných technických parametrů příslušného nabízeného předmětu plnění. | ANO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodavatel doložil produktové listy. Nabídky splňuje požadavky zadavatele na technické parametry lůžek a matrací. |
| 3. | Dodavatel splňuje kritérium dle § 79 odst. 2 písm. l) ZZVZ předložením prohlášení o shodě, CE certifikátu, popř. i dalších certifikátů deklarujících kvalitu výrobku (kopie originálu v jazyce certifikační autority s českým překladem). | ANO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodavatel předložil certifikát shodě u všech typů nabízených lůžek a matrací. |
| 4. | Dodavatel disponuje min. třemi autorizovanými servisními techniky působícími ve Středočeském kraji s tím, že do nabídky budou přiloženy | ANO | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dodavatel v nabídce předložil četné prohlášení, v němž se zavazuje splnit všechny vlevo uvedené požadavky zadavatele. K servisním technikům doložil |

| | | |
|--|--|---|
| <p>certifikáty nebo jiná relevantní potvrzení vystavené výrobcem pro jednotlivé servisní pracovníky</p> <p>Dodavatel se zavazuje, že v případě reklamované závady bude s opravou započato nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady</p> <p>Dodavatel se zavazuje, poskytovat objednateli placený pozáruční servis po dobu min. 10 let</p> <p>Dodavatel se zavazuje poskytnout záruku na jakost na dobu minimálně 36 měsíců</p> <p>Dodavatel se zavazuje, že zajistí na své náklady, proškolení personálu na zakoupená lůžka min. 1 ročně v místě dodání. Proškolení musí provádět autorizovaný pracovník se zdravotnickým vzděláním a certifikátem vystaveným výrobcem, který předloží dodavatel.</p> | | <p>certifikáty v nichž je uvedeno, že jsou odborně způsobilí k provádění servisu nabízených lůžek a že sídlí ve Středočeském kraji.</p> |
|--|--|---|

5. Účastník předložit v nabídce uživatelský manuál v českém jazyce a fotografii nabízených typů lůžka v souladu s požadavky odst. 10.4. zadávací dokumentace.

6. Účastník předložil doplnění technické specifikace do přiložené tabulky minimální technické specifikace v souladu s odst. 10.4 zadávací dokumentace. Uvedená technická specifikace splňuje podmínky zadavatele stanovené přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

7. Dodavatel v nabídce předložil četné prohlášení o schopnosti předložit vzorek. Zkouška nabízených lůžek byla úspěšně provedena v Domově seniorů Nové Strašecí. Protokol o testování lůžek je přílohou tohoto dokumentu.

Nabídka obsahuje **návrh Kupní smlouvy** (dále jen „Smlouva“):





- a) návrh Smlouvy, podepsaný Petrem Svobodou na základě plné moci, je v souladu se zadávací dokumentací.

V návaznosti na provedené posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u účastníka zadávacího řízení:

LINET spol. s r.o., IČO: 00507814, 274 01 Slaný – Želvice 5

rozhodla Komise, že účastník splnil veškeré Zákonem a zadavatelem požadované podmínky účasti v zadávacím řízení a dále podmínky pro uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky a Komise tak doporučuje zadavateli vybrat nabídku účastníka a uzavřít s účastníkem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

V Praze dne 13.02.2020

| | |
|--------------------|--|
| Bc. Jan Chalupný |  |
| Bc. Dana Rylichová |  |
| Víktor Zadák |  |
| Helena Divoká |  |

Př1 Protokol o testování lůžek

Protokol o testování 2 lůžek společnosti LINET spol.s.r.o.

Společností LINET s.r.o. byla na základě Smlouvy o výpůjčce č. 22000755 na dobu od 3.2. do 17.2. 2020 zapůjčena 2 lůžka k vyzkoušení vhodnosti užívání v pobytových sociálních službách.

Zapůjčena a vyzkoušena byla lůžka:

1. Latera s aktivním systémem Air2Care

Lůžko se dá polohovat v laterárním a vertikálním náklonu 15°, má nižší zábrany do 2/3 délky lůžka, barva světlá šampaň.

pozitiva

- + a. snadnější polohování ležícího klienta z boku na bok
- b. snadnější manipulace s klientem do sedu
- c. snadnější přesun klienta mimo lůžko – do křesla, na vozík
- d. možnost určité vertikalizace a tím zajištění zlepšení plicní ventilace

negativa

- a. **nízké zábrany - není možné použít antidekubitní matraci** (dodaná aktive systém Air2Care), nízké zábrany – riziko přepadnutí u imobilního klienta
- b. krátké zábrany – při polohování lůžka do sedu, může imobilní klient vypadnout na zem

Doporučení:

1. Využívat u klientů s **částečnou imobilitou**, potřebou polohování, vertikalizace a přesunů na křesla nebo vozíky.
2. Není vhodné u klientů s ošetrovatelskou péčí (prevence dekubitů – proleženin, ošetřování proleženin a zmatených klientů).
3. Doporučujeme zvýšení postranic pro případ potřeby antidekubitní matrace.
2. Lůžko bylo testováno u klienta s těžkým imobilizačním syndromem, tedy bez systému Air2Care.

2. SENTIDA 6 s aktivním systémem Air2Care EffectaCare 20

Lůžko není s laterárním náklonem ale dá se plně polohovat ložná plocha a to do sedu, do sedu s dolních končen (postelové křeslo). Zábrany dělené – dvoudílné, po celé délce lůžka, barva kombinace hnědá-běžová (imitace dřeva).

pozitiva

- + a. velmi pěkné, praktické lůžko
- b. kombinace aktivního systému Air2Care a zábrany plně vyhovují

Doporučení: vhodné lůžko do pobytových sociálních služeb.

PhDr.Mgr.Miluše Jůnová,MHA