

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel:

Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace, Zátor 373, 267 24 Hostomice, IČ 75009871

Název veřejné zakázky: Domov Hostomice – Zátor - nákup nábytku do domova včetně lůžek

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu, podklady zadání jsou na profilu zadavatele

V souladu s interní metodikou zadavatele a obdobně podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), poskytuje zadavatel k písemné žádosti dodavatele toto vysvětlení.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (citace):

Jsme přední český dodavatel pasivních antidekubitních matrací již 20 let na českém a evropském trhu a pracujeme s certifikovanými evropskými výrobci pěn a potahových látek při výrobě pasivních antidekubitních matrací.

U Vašeho požadavku při dodávce 44 ks pasivních matrací udáváte požadované certifikace Berlin Cert či MEDDEV 2.7.1., což si myslím, že v případě certifikace a splnění všech norem u požadovaných typů pěn a potahu a držení CE certifikátů jak na matraci, tak i na jednotlivé komponenty společně se závěrečnou zprávou o klinickém hodnocení našich pasivních antidekubitních matrací vydanou nemocnicí a jejich doporučení dle rizik vzniku dekubitů by mělo plně dostačovat při prokázání věrohodnosti a pravdivosti námi udávaných parametrů a splnění technické specifikace. List Medical Devices (MEDDEV) je ekvivalentem CE prohlášení o shodě výrobků dle platné evropské legislativy a závěrečná zpráva klinického hodnocení má dle našich zkušeností větší váhu a plně postačuje jako průkazná listina v rámci začlenění daných matrací dle tříd rizik vzniků dekubitů.

Budete v daném řízení akceptovat i námi podané certifikace a klinická hodnocení?

Vysvětlení zadávací dokumentace ze strany zadavatele

Zadavatel na dotaz odpovídá negativně. Zadavatel trvá na svých podmínkách a certifikaci z důvodu kvality dodávky.

Zadavatel vnímá potřebu se držet těchto uznávaných standardů a nezávislých hodnocení, aby bylo prokázáno, že při zakázce tohoto rozsahu dostane produkty požadované kvality. Nejde tedy pouze o to, zdali má produkt CE a lze jej prodávat v rámci evropského trhu, ale o prokázání, že splňuje přísné podmínky klasifikace matrace jako produkt pro uživatele 4. stupněm rizika vzniku dekubitů podle EPUAP.

Berlin Cert uvedl zadavatel jako příklad obecně uznávané a nezávislé certifikační agentury pro zhodnocení antidekubitních prostředků. Zadavateli jde zejména o to, aby mohl objektivně posoudit nabízený produkt a to zejména z hlediska klíčových výkonových parametrů u antidekubitních matrací, jako jsou tlak na tkáň, mikroklima (rozptyl tepla a vlhkosti) a střížné síly.

Zadavatel tedy trvá na tom, aby kvalita a splnění těchto požadavků byla prokázána certifikátem nezávislé autorizační agentury.

V Hostomicích dne 19. 5. 2020

Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb
zast. JUDr. Radkem Jurčíkem