

Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Zavidov 117, 270 35 Petrovice
IČO 71209859

V Zavidově 8. 12. 2020

Věc: Dodatečné informace k VZMR Výměna lůžek a nočních stolků na pokojích klientů

Na základě žádosti o dodatečné informace od jednoho z účastníků výběrového řízení doplňujeme:

Specifikace lůžek

- lůžko musí být pevné, nerozebíratelné konstrukce (nesmí být skládací)
- lůžko musí být nové
- minimální výška ložné plochy v horní pozici je 80 cm (tj. nejnižší poloha 25 cm, minimální nejvyšší poloha 80 cm, včetně střední polohy cca 40 cm)
- polohování zádového a stehenního dílu pomocí elektromotoru
- z důvodu prevence dekubitů požadujeme, aby při polohování zádového a stehenního dílu docházelo souběžně k dvojité "autoregresi" ložné plochy
- ložná plocha lůžka složená z vyjímatelných dílů
- lůžko musí být vhodné pro osobu vážící až 200 kg
- postranice musí být dělené tak, že každá strana bude rozdělena na 2 části, které lze ovládat nezávisle na sobě (tj. 4 samostatné postranní díly)
- kvůli nedostatku prostoru je nutné, aby se postranice zasouvaly či vysouvaly bez potřeby volného prostoru vedle lůžka (ne vyklápěcí do boku)