

Žádost o vysvětlení technické specifikace dodávky

Dotaz:

Dobrý den,

v odstavci Základní požadované technické parametry (Technické specifikace dodávky) uvádíte: "Minimální šířka schodiště - 125 cm nebo nižší" a "Minimální rozměr podesty - 125 x 125 cm nebo nižší". Prosíme o vysvětlení, z jakého důvodu jsou v obou parametrech slova "nebo nižší".

V odstavci Popis zařízení a požadovaných technických parametrů uvádíte, že se schodolezem může manipulovat "i nepříliš zdatný asistent". Jako jediný zástupce společnosti, vyrábějící schodolezy v ČR Vás musíme upozornit na to, že schodolez může obsluhovat pouze osoba zaškolená, jejíž fyzický, psychický a zdravotní stav jí dovoluje tento schodolez s postiženou osobou obsluhovat. Prosíme o vysvětlení, co je myšleno pod pojmem "nepříliš zdatný asistent".

Odpověď:

- 1) Pojem "Minimální rozměr podesty - 125 x 125 cm nebo nižší" je uveden proto, že zadavatel nemá povědomí o tom, zda na trhu neexistují schodolezy, které si vystačí s minimální šířkou schodiště a podesty nižší než 125cm. Z důvodu, aby nebylo zadání vůči těmto výrobkům diskriminační uvedl zadavatel minimální potřebné rozměry pro schodolez 125 cm nebo nižší.
- 2) Pojem "nepříliš zdatný asistent" je myšleno, aby schodolez nevyžadoval po asistentovi nadstandardní fyzické předpoklady případně technické znalosti či dovednosti.

Vzhledem k tomu, že dotaz byl vznesen po termínu pro podávání žádostí o vysvětlení (4 dny před termínem podání nabídek), zadavatel dále neprodlužuje termín pro podání nabídek.