

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 27. 12. 2021

Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Zastoupená: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem ZZS SK

IČ: 750 30 926

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na akci: „**Transportní defibrilátory**“.

Zadavatel odpovídá na dotazy doručené ze dne 22. 12. 2021

Dotaz účastníka č. 1

Zadavatel v Příloze č. 4 Specifikace předmětu plnění (zboží) požaduje: Datový přenos minimálně 12-ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu. Námi nabízené řešení disponuje externím GSM modulem, který je možné spojit s defibrilátorem krátkého pomocí kabelu a bezpečným uložením v brašně, integrovaným wifi nebo integrovaným bluetooth připojením (vše je standardní výbava přístroje). Toto řešení plně splňuje technické požadavky jako interní GSM modul bez omezení běžného používání přístroje a navíc je možné tyto moduly zaměňovat mezi defibrilátory, např. v případě poruchy tohoto modulu nebo výměnu při zavedení nových GSM technologií. Bude zadavatel akceptovat toto řešení, které plně splňuje požadavky na přenos dat pomocí GSM sítě?

Odpověď zadavatele č. 1

Zadavatel požadavkem na interní GSM modem míní bezpečnost a spolehlivost při přenosu požadovaných přenos bez nutnosti propojování a spojování dalšími potřebnými technologiemi pro externí GSM modem. Tímto je cíleno na eliminaci rizika selhání přenosu mezi externím modulem a defibrilátorem. V rámci dostupných informací a na základě průzkumu trhu jsou zadavateli známi min. 3 výrobci s požadovaným typem interního GSM modemu. Zadavatel trvá na uvedené specifikaci v rámci Zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka č. 2

Zadavatel požaduje v Příloze č. 4 Specifikace předmětu plnění (zboží) požaduje:

Modulární systém (oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor/defibrilátor/kardiostimulátor)

Námi nabízený defibrilátor je kompaktní s nízkou hmotností. Toto řešení splňuje požadavky na okamžitou reakci při NZO. Kompaktní přístroj neumožňuje situaci, kdy je posádka u pacienta například ve výškové budově pouze s monitoračním modulem a nemůže reagovat plnohodnotně na neočekávanou situaci. Včasná defibrilace je jeden ze základních postupů kardiopulmonární resuscitace. Bude zadavatel akceptovat toto řešení, které plně splňuje požadavky na kardiopulmonární resuscitaci a defibrilaci?

Odpověď zadavatele č. 2

Zadavatel spatřuje použití modulárního systému pro použití v PNP, zejména: - při komplikovaných transpotech pacient, zejména při DN, snášení pacienta ze schodů atd.

Modulární systém umožňuje lehčí a efektivnější transport pacienta, a to nepoužitím modulu, které nemusí být bezprostředně v rámci transportu spojeny s pacientem a dále s výhodou je možnost využití modulárního systému pro jeho bezdrátového propojení. - v rámci vyproštění pacienta, nebezpečných prostor umožňuje modulární bezdrátový systém jasnou a bezpečnou monitoraci pacienta pro posádku. - modulární systém dle zadavatele umožňuje zefektivnění monitorace ve smyslu jejího snadnějšího náhledu, přístupu při max. benefitu pro pacienta a

posádku. V rámci dostupných informací a na základě průzkumu trhu jsou zadavateli známi min. 2 výrobci s požadovaným typem modulárního systému.

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci v rámci Zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka č. 3

Zadavatel požaduje v Příloze č. 4 Specifikace předmětu plnění (zboží) požaduje:

provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od -5 do +40 °C. Bude zadavatel akceptovat přístroj s provozní teplotou přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od 0 až +50 °C, kdy toto teplotní rozmezí plně vyhovuje běžným podmínkám?

Odpověď zadavatele č. 3

V rámci dostupných informací a na základě průzkumu trhu jsou zadavateli známi min. 2 výrobci s požadovaným rozmezím teplot. Přístroj může být používán při zásahu i ve venkovním prostředí, kde ideálně v zimním období v České republice klesá teplota pod bod mrazu. Zadavatel požaduje toto rozmezí teplot s ohledem na průměrné venkovní teploty v Středočeském kraji. Zadavatel trvá na uvedené specifikaci v rámci Zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka č. 4

Zadavatel požaduje v Příloze č. 4 Specifikace předmětu plnění (zboží) požaduje:

interní tiskárna: termotiskárna, šíře papíru minimálně 100 mm

Bude zadavatel akceptovat šíři papíru 80 mm, při dodržení dalších požadovaných parametrů?

Odpověď zadavatele č. 4

Zadavatel parametr šíře papíru 100 mm požaduje pro možnost jasnější a bezpečnější interpretaci 12svod. EKG. V rámci dostupných informací a na základě průzkumu trhu jsou zadavateli známi min.3 výrobci s požadovanou šíří tisku 100 mm.

Zadavatel trvá na uvedené specifikaci v rámci Zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka č. 5

Zadavatel požaduje v Příloze č. 4 Specifikace předmětu plnění (zboží) požaduje:

minimálně 8" barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností za stížených podmínek. Bude zadavatel akceptovat zařízení s barevným displejem s rozměrem 6,5" s možností individuálních konfigurací zobrazovaných hodnot za dodržení dalších požadovaných parametrů?

Odpověď zadavatele č. 5

Zadavatel požaduje min 8" displej z d vodu bezpečné monitorace, zvláště u kriticky nemocných pacient, kdy je vyžadováno kontinuální sledování více parametrů současně na jedné obrazovce. Větší displej také přispěje k lepší čitelnosti dat z delší vzdálenosti pro všechny členy záchranného týmu. V rámci dostupných informací a na základě průzkumu trhu jsou zadavateli známi min. 3 výrobci s požadovanou šíří displeje. Zadavatel trvá na uvedené specifikaci v rámci Zadávací dokumentace

Dotaz účastníka č. 6

Zadavatel v rámci technické specifikace požaduje modulární systém – oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor, patientský modul, defibrilátor/kardiostimulátor. Aktuálně tento požadavek na trhu splňuje pouze jedna firma, a to firma Corpuls. Modulárnost přitom nemá pro poskytovanou péči žádný významný přínos. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který neumožňuje rozdělení na jednotlivé moduly, vyznačuje se však naopak velkou jednoduchostí, spolehlivostí a přehledností ovládání?

Odpověď zadavatele č. 6

Zadavatel spatřuje použití modulárního systému pro použití v P, zejména:

- při komplikovaných transportech pacientů, zejména při DP, snášení pacienta ze schodů atd. Modulární systém umožňuje lehčí a efektivnější transport pacienta a to nepoužitím modulů, které nemusí být bezprostředně v rámci transportu spojeny s pacientem a dále s výhodou je možnost využití modulárního systému pro jeho bezdrátového propojení.
- v rámci vyproštění pacienta, nebezpečných prostor umožňuje modulární bezdrátový systém jasnou a bezpečnou monitoraci pacienta pro posádku.
- modulární systém dle zadavatele umožňuje zefektivnění monitorace ve smyslu jejího snadnějšího náhledu, přístupu při max. benefitu pro pacienta a posádku.

V rámci dostupných informací a na základě průzkumu trhu jsou zadavateli známi min. 2 výrobci s požadovaným typem modulárního systému. Zadavatel trvá na uvedené specifikaci v rámci Zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka č. 7

Zadavatel v rámci technické specifikace požaduje hmotnost přístroje do 6,5 kg. Váha přístroje přitom není upravena žádnou legislativou, celosvětově i v České republice jsou až na výjimky standardně používány defibrilátory o vyšší váze. Obvyklým a nediskriminačním požadavkem je váha do 10 kg. Bude zadavatel v rámci zamezení diskriminace akceptovat přístroj, jehož váha je 9,1 kg?

Odpověď zadavatele č. 7

Zadavatel požadovanou váhou zamýšlí snadnější manipulaci a obsluhu přístroje pro posádky v rámci poskytování PNP. Pro zásahy v obtížně dostupném terénu je hmotnost přístroje velmi podstatná. V rámci dostupných informací a na základě průzkumu trhu jsou zadavateli známi min. 3 výrobci s požadovanou váhou přístroje. Zadavatel trvá na uvedené specifikaci v rámci Zadávací dokumentace

Dotaz účastníka č. 8

Zadavatel v rámci technické specifikace požaduje provozní teplotu přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od -5 do +40 °C. Tento požadavek není obvyklý, rozmezí provozních teplot okolního prostředí je standardně požadováno 0°C – 40°C, což je v rámci podmínek v České republice zcela dostačující. Bude zadavatel akceptovat přístroj, jehož provozní teplota okolního prostředí je v rozmezí 0°C – 45°C?

Odpověď zadavatele č. 8

V rámci dostupných informací a na základě průzkumu trhu jsou zadavateli známi min. 2 výrobci s požadovaným rozmezím teplot. přístroj může být používán při zásahu i ve venkovním prostředí, kde běžně v zimním období v České republice klesá teplota pod mrazu. Zadavatel požaduje toto rozmezí teplot s ohledem na průměrné venkovní teploty ve Středočeském kraji. Zadavatel trvá na uvedené specifikaci v rámci Zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka č. 9

Zadavatel v rámci technické specifikace požaduje informace o zbývajících kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce zobrazující symbolem a v minutách. Bude zadavatel akceptovat přístroj, který zobrazuje informaci o zbývajících kapacitě baterií na obrazovce pouze symbolem? Uchazeč má za to, že informace i v minutách je zavádějící, jelikož v průběhu používání přístroje odběr kolísá (v závislosti na monitorovaných parametrech, defibrilaci, teplotě okolního prostředí, atd.) a uživatel se tedy na takový konkrétní údaj nemůže spolehnout.

Odpověď zadavatele č. 9

Zadavatel požadavkem zobrazení údaje o zbývajících kapacitě v minutách chce poskytnout uživatelům informaci vedoucí k větší míře bezpečí pacienta, i když predikce výrobce nemusí být zcela přesná. Symbol neposkytuje dostatečnou informaci o tom, jak dlouho může uživatel počítat se správnou funkcí přístroje, pokud se nezmění provozní parametry. V rámci dostupných informací a na základě průzkumu trhu jsou zadavateli známi min. 2 výrobci s požadovanou monitorací stavu baterie. Zadavatel trvá na uvedené specifikaci v rámci Zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba:
Bc. Dana Rylichová
referent Odboru krajského investora, Středočeský kraj