

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7 ze dne 10. 2. 2022

Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Zastoupená: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem ZZS SK

IČ: 750 30 926

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na akci: „**Transportní defibrilátory**“.

Zadavatel odpovídá na dotazy doručené dne 8. 2. 2022

Dotaz účastníka č. 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci č. 4 Specifikace předmětu plnění (zboží) požaduje: Interní tiskárna: termotiskárna, dobře přístupná, volitelná rychlost tisku, tisk minimálně 6 svodů pod sebou současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x3, bezúdržbové provedení
Z požadavku na tisk klidového EKG ve formátu 4x3 vyplývá, že je dostačující tisk 3 křivek pod sebou, kdy tento tisk je pro vyhodnocení EKG křivek plně dostačující a současně poskytuje obsluhu vyšší přehlednost, resp. čitelnost grafického záznamu křivky pro vyhodnocení.

Bude zadavatel akceptovat tisk 3 křivek pod sebou současně, kdy toto řešení nemá negativní vliv na kvalitu záznamu křivek a jejich vyhodnocení?

Odpověď zadavatele č. 1

Zadavatel uvedl následující požadavek technické specifikace č. 4 Specifikace předmětu plnění - (bod. Interní tiskárna: termotiskárna, dobře přístupná, volitelná rychlost tisku, tisk minimálně 6 svodů pod sebou současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x3, bezúdržbové provedení). Z požadavku na tisk klidového EKG ve formátu 4x3 vyplývá, že je dostačující tisk 3 křivek pod sebou. Zadavatel navržené řešení akceptuje.

Kontaktní osoba:
Bc. Dana Rylichová
referent Odboru krajského investora, Středočeský kraj