

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 8 ze dne 17. 2. 2022

Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Zastoupená: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem ZZS SK

IČ: 750 30 926

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 8

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na akci: „**Transportní defibrilátory**“.

Zadavatel odpovídá na dotaz doručený dne 16. 2. 2022

Dotaz účastníka č. 1

Zadavatel mimo jiné v zadávací dokumentaci požaduje: • akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku s možností výběru poměrů (30:2, 15:2, kontinuálně).

Vzhledem k tomu, že metronom jakožto jednoduchá podpora resuscitace je u různých výrobců různě koncipován a v nejmodernějších přístrojích je součástí systému podpory resuscitace. Námi nabízený přístroj je vybaven pokročilým komplexním systémem podpory resuscitace (Real CPR Feedback), který má následující parametry:

1. Kontrolu hloubky a frekvence nepřímé srdeční masáže zobrazovanou číselně, kdy se správné hodnoty barví do zelena a současně probíhá grafické zobrazení resuscitace – každé komprese. Nedostatečná hloubka masáže může být konfigurovatelně hlášena i hlasově
2. akustický metronom,
3. KPR Timer
4. zvýrazněné měření času přerušení kompresí
5. indikátor nedostatečného uvolnění hrudníku graficky, konfigurovatelně i hlasově. Tento parametr je zásadní pro kvalitu resuscitace – naplnění srdce při fázi uvolnění komprese.
6. grafický indikátor komplexnosti kvality resuscitace (PPI – Perfusions Performance Indicator)
7. systémem filtrace EKG křivky (See Tru CPR), kdy je na obrazovce současně zobrazována EKG křivka z nalepovacích elektrod a označená filtrovaná křivka, která ukazuje EKG bez vlivu artefaktů z nepřímé srdeční masáže. Tento systém umožňuje minimalizaci přerušování kompresí při verifikaci defibrilovatelné a nedefibrilovatelné EKG křivky, což je zásadní pro udržení perfuzního koronárního tlaku v průběhu KPR.
8. paměťový záznam celého systému pro zpětné vyhodnocení
9. Systém podpory resuscitace je konfigurovatelný pro manuální a AED nastavení.
10. Systém podpory resuscitace umožňuje aktualizace parametrů resuscitace podle aktuálně platných guidelines

Pro vyloučení všech pochybností se uchazeč ptá, zda zadavatel bude akceptovat tento komplexní systém podpory resuscitace (Real CPR Feedback), který je obdobným technickým řešením požadavků zadavatele a zároveň poskytuje komplexnější podporu a zároveň kontrolu kvality prováděné resuscitace.

Odpověď zadavatele č. 1

Zadavatel navržený systém akceptuje. Tvzení účastníka, že se jedná o komplexnější podporu požadovaného systému bere zadavatel pouze jako subjektivní názor.

Kontaktní osoba:
Bc. Dana Rylichová
referent Odboru krajského investora, Středočeský kraj