

Název zadavatele: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

Zastoupená: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem ZZS SK

IČ: 750 30 926

Změna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující doplnění zadávacích podmínek vztahující se k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na akci: „**Transportní defibrilátory**“.

Jak již zadavatel informoval, obdržel od účastníka námitky. Zadavatel po pečlivém přezkoumání podaných námitek v plném rozsahu v zákonem stanovené lhůtě stěžovateli vyhověl. Zadavatel přijal dostačující opatření a přistoupil na úpravu technické specifikace. Zadavatel dne 28. 1. 2022 uveřejnil Změnu ZD č. 6, jejíž přílohou byla upravená Technická specifikace defibrilátorů jako příloha č. 1. Zadavatel na základě níže uvedených informací tuto specifikaci upravuje a nahrazuje ji přílohou č. 1 k tomuto dokumentu Změny Zadávací dokumentace č. 10. ze dne 3. 3. 2022.

Zadavatel upravuje v technické specifikaci následující požadavek:

Původní text ... plně funkční integrace se systémem mobilního zadávání dat EZD (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic) - součástí nabídky musí být prohlášení vydané a podepsané dodavatelem systému (European Medical Distribution s.r.o.), že nabízený přístroj je plně integrován se systémem mobilního zadávání dat (viz výše) ...

se upravuje v tomto znění

... plně funkční integrace se systémem mobilního zadávání dat EZD (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic) - součástí nabídky musí být Čestné prohlášení účastníka, že nabízený přístroj splňuje technické parametry stanovené zadávacími podmínkami a přístroj je plně integrován se systémem mobilního zadávání dat (viz výše)

Zadavatel trvá na tom, aby plnění bylo plně integrovatelné se systémem mobilního zadávání dat EZD (European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic).

Vzhledem k této úpravě, která požadavek rozvolňuje, může být rozšířen okruh možných účastníků zadávacího řízení. Zadavatel tudíž prodlužuje lhůtu tak, že od odeslání této změny zadávací dokumentace bude činit celou svou původní délku bez využití § 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Zadavatel **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek **do 4. 4. 2022 do 10,00 hodin.**

Příloha č. 1 ke Změně ZD č. 10 ze dne 3. 3. 2022- Technická specifikace defibrilátorů-upravená

Kontaktní osoba:
Bc. Dana Rylichová
referent Odboru krajského investora, Středočeský kraj