

**DODATEČNÉ INFORMACE č. 1
K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY**

Zadavatel:



**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace**

veřejná zakázka malého rozsahu vyšší hodnoty s názvem

„Defibrilační elektrody“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)

1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1 Informace o zadavateli

1.1.1 Zadavatel

Název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 75030926

DIČ: CZ75030926, nejsme plátcí DPH

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SČK, p.o.

(dále jen „**Zadavatel**“)

1.1.2 Kontaktní osoby za Zadavatele

Kontaktní osoba zástupce
Zadavatele ve věcech
zadávací dokumentace:

Ing. Barbora Šimůnková

Funkce: referent veřejných zakázek

E-mail: barbora.simunkova@zachranka.cz

Telefon: +420 312 256 628

Dotaz č. 1

Dobrý den,

rádi bychom se zúčastnili veřejné zakázky malého rozsahu (číslo 710702); název veřejné zakázky: Defibrilační elektrody.

Připojuji dotazy – technická specifikace

- délka připojovacího kabelu min. 100 cm - DOTAZ - připouštíte i kratší délku?
- nabízené elektrody musí mít přidělen kód VZP pro vykazování ZUM (kód je nutné uvést v nabídce) – DOTAZ - postačila by notifikace SUKL – ZP?
- nabízené elektrody musí odpovídat požadavkům na příslušenství a spotřební materiál, které jsou kladeny Návodem k použití přístrojů, s kterými budou používány - DOTAZ – disponujeme prohlášením o shodě, kompatibilitě pro LIFEPACK 15, 20, návod v ČJ, notifikace SUKL ZP – jsou tyto dokumenty dostačující?

Děkuji za zpětné informace.

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na požadované délce připojovacího kabelu z důvodu lepší manipulace a nalepení elektrod, například při jejich použití s přístrojem uchyceným v držáku v sanitním voze.

Odpověď č. 2

Zadavatel trvá na podmínkách technické specifikace.

Odpověď č. 3

Zadavatel trvá na podmínkách zadávací dokumentace, tedy, že dodané příslušenství musí být v souladu s Návodem k použití o přístroji.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek se zůstává stejný, tedy 12. 4. 2022 v 10:00 hodin.

Za ZZS SČK, p. o., dne 6. 4. 2022

MUDr. Pavel Rusý

ředitel ZZS SČK, p. o.