



náměstí Svobody 1475 25082 Úvaly
tel. 281 980 919, 22, fax 281980924
jordanova@dsuvaly.cz, www.dsuvaly.cz
IČO 71229043

Výzva k podání a zadávací dokumentace

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Technické požadavky na řešení výměny – Komunikační systém sestry – klient Domov seniorů Úvaly.“

Zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „zákon“)

1. Obecné informace o veřejné zakázce.

Informace o zadavateli

Zadavatel

Název: Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo: Nám. Svobody 1475, 250 82 Úvaly
IČO: 71229043
DIČ: CZ71229043
Zastoupený: Bc. Zdenka Jordánová, ředitelka DS
Tel.: 731 615 680
e-mail: jordanova@dsuvaly.cz

2. Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a následná montáž zařízení ke komunikaci mezi sestrou a klientem. Stávající signalizační zařízení je zastaralé, poruchové a některé již nefunkční. Signalizační zařízení je velice důležité pro zajištění maximální péče o klienty.

Popis objekt řešení:

Jedná se o tři podlaží s ubytovací kapacitou pro 52 klientů.

Rozsah zadání:

Umístění technologie a počty prvků vychází ze stávajícího stavu užívaného zařízení

Technické řešení:

Systém sestra – klient bude sloužit k tomu, aby si klienti domova mohli přivolat pomoc z míst jejich běžného pobytu, tj. pokojů, sociálních a hygienických zařízení, společenských místností, přilehlých prostorů a chodeb.

Informace o tom, kdo a z jakého určeného místa pomoc přivolává, musí být zjistitelná vždy. Tato informace bude přehledně zobrazována na terminálu personálu umístěném v sesterně. Dále se informace bude zobrazovat na všech registrovaných místech pobytu personálu na pokojích klientů, resp. společenských místnostech a místnostech se sociálním zařízením. Informace o tom, z jakého signalizačního zařízení bylo voláno, za jak dlouho byla poskytnuta pomoc, musí být zjistitelné on-line a zároveň archivované a zpětně dohledatelné.

Základní požadavky na prvky signalizačního systému jsou:

- systém na základě VoIP technologie,
- systém umožňující správu, konfiguraci, upgrade, diagnostiku a monitoring prostřednictvím vzdáleného přístupu,
- vybavení sesterny terminálem s min. 12“ dotykovým displejem,
- možnost sledování historie volání na terminálu jak on-line, tak zpětně, archivace veškerých volání,

- přenos centrálních hlášení na komunikační terminály v pokojích klientů,
- bezdrátové volací jednotky klienta signalizující volání směrem k personálu – není požadována hlasová komunikace,
- jednoznačná identifikace volajícího a místa volání z bezdrátových prvků klienta,
- táhla a tlačítka nouzového volání pro přivolání pomoci z koupelen,
- rušení nouzových volání pouze v místě jeho vyvolání,
- přenos volání klientů do všech míst, kde je přítomen personál,
- komunikační terminály s displejem u vstupů na pokoj klientů (umožňující oboustrannou hlasovou komunikaci, registraci personálu, zobrazení případných dalších volání klientů, rušení volání, možnost přenosu centrálního hlášení),
- světelné signalizační jednotky nade dveřmi pokojů (informace o typu volání klienta, přítomnost personálu),
- indikace poruchy či odpojení koncového prvku,
- zobrazení volání na informačních monitorech na chodbách.

Stávající instalace systému komunikace bude demontována, odstraněna a ekologicky zlikvidována na náklady dodavatele.

Počty požadovaných prvků komunikačního systému:

- 1 ks terminál s dotykovým displejem do služebních místností personálu,
- 32 ks pokojový terminál s hovorem a displejem,
- 52 ks bezdrátový terminál klienta bez hlasové komunikace,
- 30 ks táhlo pro přivolání pomoci ze sprchy,
- 29 ks táhlo nouzového volání s tlačítkem pro přivolání pomoci z WC,
- 33 ks svítidlo nad dveře pro zobrazení signalizace volání,
- 2 ks informační monitor na chodbu pro zobrazení volání klientů.

Požadavky na instalaci:

Zadavatel požaduje využití stávajících kabelových tras tak, aby nedošlo k jakýmkoliv stavebním zásahům do budovy spojeným s instalacemi systému.

Ostatní požadavky:

Podmínkou zadavatele pro účast ve výběrovém řízení je absolvovat prohlídku místa budoucího plnění. V případě zájmu je nutné tuto prohlídku místa plnění uskutečnit **dne 11. 8. 2021 mezi 9:00 až 14:00 hodinou.**

Nabídka obsahuje veškeré náklady spojené s dodávkou, instalací, uvedením do provozu a zaškolením personálu.

Nabídka obsahuje veškerou nutnou technologii pro řádné zhotovení díla včetně všech potřebných SW vybavení (historie volání, sdružování povelů oddělení, provoz komunikačních terminálů, licence a servis do 48 hodin.)

3. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je adresa zadavatele.

4. Požadovaný termín plnění veřejné zakázky

8 týdnů od podpisu smlouvy

5. Požadovaná záruka za jakost

Min. 24 měsíců od předání zadavateli.

6. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle § 114 zákona. Hlavním kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky, bude ekonomická výhodnost.

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky a nabídkové ceny

Nabídka bude uchazečem zpracována písemně.

Celková nabídková cena bude v nabídce uvedena v Kč jako cena nejvýš přípustná, a to v členění bez DPH, samostatně DPH, a včetně DPH. DPH je 21%.

Nabídka bude podepsána oprávněnou osobou.

8. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Zadavatel bude hradit jenom skutečně provedenou dodávku.

Faktura bude vystavena po předání objednateli.

Splatnost faktura je 21 dní od doručení faktury zadavateli.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

9. Uzavření smlouvy

Zadavatel po vyhodnocení nabídek zpracuje v souladu s touto výzvou návrh smlouvy, nebo případně vyhotoví v souladu s touto výzvou písemnou objednávku k plnění uvedené zakázky malého rozsahu.

Smlouvu k plnění uzavře zadavatel s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, případně zadavatel zašla písemnou objednávku k plnění veřejné zakázky malého rozsahu uchazeči, který předložil nejvhodnější nabídku. V tomto případě je smlouva uzavřena akceptací uvedené objednávky uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku.

10. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 8. 2021 v 14:00 hodin.

Jediným místem podání nabídek je Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb, nám. Svobody 1475, 250 82 Úvaly. Nabídku je možno podat osobně v uvedené budově v kanceláři ředitelky nebo zaslat poštou na uvedenou adresu, tak aby byla na uvedenou adresu doručena do konce lhůty pro podání nabídek.

Nabídku podává uchazeč v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „**Technické požadavky na řešení výměny – Komunikační systém sestra – klient Domov seniorů Úvaly.**“ **Nabídka – neotvírat** a na uzavření opatřené razítkem, případně podpisem uchazeče.

Obálka musí být viditelně označena adresou, na kterou je možné vrátit nabídku v případě, že byla doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

11. Kontaktní osoby zadavatele

Bc. Zdenka Jordánová

Telefon: 281 980 919, 731 615 980, volat Po – Pá od 8:00 do 14:00

e-mail: jordanova@dsuvaly.cz

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat nejvhodnější nabídku a právo zrušit zadání výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu kdykoli bez udání důvodu.

Bc. Zdenka Jordánová, ředitelka DS Úvaly