



**ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,**
příspěvková organizace

**DODATEČNÉ INFORMACE č. 6
K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY**

Zadavatel:

**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace**

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Dezinfekce II.“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“)



- **OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE**

- .1 Informace o zadavateli**

- .1.1 Zadavatel**

Název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 75030926

DIČ: CZ75030926, nejsme plátcí DPH

**Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:** MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SK, p.o.

(dále jen „**Zadavatel**“)

- .1.2 Kontaktní osoby za Zadavatele**

**Kontaktní osoba zástupce
Zadavatele ve věcech zadávací
dokumentace:** Ing. Anna Brožová

Funkce: referent veřejných zakázek

E-mail: anna.brozova@zachranka.cz

Telefon: +420 731 610 156



Dotaz č. 6

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

chtěla bych vznést dva dotazy k výběrovému řízení Dezinfekce II.

1) Může zadavatel u virucidní účinnosti (B+) + adeno a noro upravit expoziční čas z 5 na 15 min vzhledem k náročnosti testování u specifikovaného spektra virucidní účinnosti (B+)? V případě, že bude zadavatel trvat na expozičním čase 5 minut, mohl by zadavatel akceptovat účinnost na obalené viry?

2) Domníváme se, že došlo k chybnému požadavku ve sloupci E odhadovaný počet jednotek balení za rok, kde mělo být přepočítáno na odhadovaný počet litrů pracovního roztoku za rok.

Mnohokrát děkuji



Odpověď č. 5

Dotaz č. 1 – odpověď

Zadavatel veřejné zakázky na dodávky dezinfekčních přípravků trvá na expozičním čase 5 minut v souladu s příslušnou technickou normou EN 14476.

Tato norma stanovuje standardní postupy pro hodnocení virucidní účinnosti chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik určených pro humánní medicínu. Expozičním časem se v tomto kontextu rozumí doba nutná k dosažení deklarované virucidní účinnosti.

Dodržení expozičního času 5 minut je pro zadavatele klíčové s ohledem na specifické prostředí a vysoké nároky na dezinfekci souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Je nezbytné zajistit dostatečně účinnou dezinfekci veškerých povrchů a ploch, se kterými by mohli přijít do kontaktu pacienti či zdravotnický personál.

Vzhledem k citlivé povaze činnosti zadavatele také trvá na požadované virucidní účinnosti dezinfekcí vůči koronavirům, adenovirům a norovirům ve stanoveném expozičním čase 5 minut. Tyto virové čeledi představují významné riziko v rámci zdravotnických zařízení a může dojít k jejich snadnému přenosu v případě nedostatečné dezinfekce.

Dotaz č. 2 – odpověď

Zadavatel provedl úpravy v Příloze č. 8 – položkový ceník, která je přílohou zadávací dokumentace. Tato příloha bude zaslána jakou součástí upravené zadávací dokumentace.



Zadavatel provedl změny v Příloze č. 8 k zadávací dokumentaci (položkový rozpočet).

Zadavatel provedl změny v Zadávací dokumentaci.

- **lhůta pro podání nabídek.**

Z důvodů upřesnění a prodlevy ve vyjádření se k danému dotaz se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 5. 7. 2024.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky, včetně jejích příloh, zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek je nově stanoven do 5. 7. 2024 v 10:00 hodin.

MUDr. Pavel Rusý

ředitel Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje,
příspěvkové organizace