

Specifikace – vybavení pitevny

Přístroj	Specifikace
Ultrazvuk na zubní kámen	Základní funkce: <ul style="list-style-type: none">- Piezoelektrický ultrazvuk s LED osvětlením- Autoklávovatelný násadec- Napojení na tlakovou nádobu- Automatické sledování frekvence
Hematologický analyzátor	Základní funkce: <ul style="list-style-type: none">- minimálně 20 parametrů pro minimálně 4 přednastavené druhy zvířat: pes, kočka, kráva, kůň- automatický výtisk výsledku na interní termo - tiskárně- náklady na jedno vyšetření maximálně 15,- Kč- barevná LCD obrazovka, minimálně 240x320 pix., minimálně 5,7 palců, dotykové ovládání menu- menu a veškerá hlášení v českém jazyce- minimální nároky na prostor
Biochemický analyzátor	Základní funkce: <ul style="list-style-type: none">- automatický biochemický analyzátor používající reagenční stripy- měří minimálně 5 parametrů současně- minimálně 20 různých analytů včetně vyšetřovaných panelů (jaterní, ledviny, kardio, ...)- měření ze séra nebo z plné krve (integrovaná centrifuga)- interní termotiskárna- výstup RS-232- minimální rozměry: 33 cm x 20 cm x 16 cm

Elektrokauter

- přístroj, který vysokofrekvenčním elektrickým proudem způsobuje tepelné poškození tkání, použití k řezu měkkými tkáněmi a k zastavení krváčení – elektrokoagulaci
- možnost použít monopolární i bipolární mód
- pracovní výkon minimálně 120W
- spínač nožní – pneumatický
- hmotnost max. 5 kg