

**DODATEČNÉ INFORMACE č. 2
K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY**

Zadavatel:



**ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace**

veřejná zakázka malého rozsahu s názvem

„Intravenosní kanyly“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**zákon**“)

1. OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1 Informace o zadavateli

1.1.1 Zadavatel

Název: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o.

Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 75030926

DIČ: CZ75030926, nejsme plátcí DPH

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Martin Houdek, ředitel ZZS SČK, p.o.

(dále jen „Zadavatel“)

1.1.2 Kontaktní osoby za Zadavatele

**Kontaktní osoba zástupce
Zadavatele ve věcech
smluvních** Ing. Jaromír Bureš

Funkce: ekonomický náměstek ZZS SČK, p.o.

Email: jaromir.bures@zachranka.cz

Tel.: 312 256 639

**Kontaktní osoba zástupce
Zadavatele ve věcech
technických** Bc. Pavel Tlustý

Funkce: náměstek pro nelékařská zdravotnická povolání ZZS SČK

Email: hlavnisestra@zachranka.cz

Tel.: 731 137 167

**Kontaktní osoba zástupce
Zadavatele ve věcech
zadávací dokumentace:** Ing. Anna Blažková Kozlíková

Funkce: asistentka ekonom. náměstka – finanční referent

Email: asistent.ekonom@zachranka.cz

Tel.: 312 256 603

2. DOTAZ

Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Intravenosní kanyly“.

Pro část A:

- 1) Ze zadávací dokumentace vyplývá, že zadavatel požaduje, aby součástí intravenosních kanyl byl injekční port. Bude zadavatel akceptovat intravenózní kanyly bez injekčního portu?*

Pro část B:

- 2) Bude zadavatel akceptovat mírné odchylky délky, které z klinického pohledu nemají vliv na pacienta, viz níže?*

- kanyla 14 G – rozměry: 2,1 x 45 mm*
- kanyla 18 G – rozměry: 1,3 x 30 mm*
- kanyla 14 G – rozměry: 1,1 x 30 mm*
- kanyla 14 G – rozměry: 0,9 x 25 mm*

Děkuji a jsem s pozdravem.

a zároveň

Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Intravenosní kanyly“.

Pro část B:

- 1) Na profilu zadavatele v sekci zadávací dokumentace je pro část B uveřejněn krycí list pro část A. Krycí list pro část B není zadavatelem uveřejněn. Jedná se pouze o administrativní záležitost. Byl by zadavatel laskav a uveřejnil na svém profilu krycí list pro část B?*

3. ODPOVĚĎ

1/ Zadavatel trvá na stanovené specifikaci v Zadávací dokumentaci čl. 1.2.3 tzn., že nebude akceptovat jinou specifikaci nabídnutého zboží.

2/ Zadavatel trvá na stanovené specifikaci v Zadávací dokumentaci čl. 1.2.3 tzn., že nebude akceptovat jinou specifikaci nabídnutého zboží.

3/ Krycí list pro část B je uveřejněn hned pod krycím listem pro část A. (Nutno sjet myší dolů do textového souboru)

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

19.07.2018

Za ZZS SČK, dne

MUDr. Martin Houdek

ředitel ZZS SČK

Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČ: 750 30 026
Tel.: 312 256 601

22