

**CENTRUM ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM,
poskytovatel sociálních služeb**

Na Spravedlnosti 589, ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM • PSČ 262 42 • tel. 318 679 411

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce

„Nákup 20 ks postelí pro Centrum“

Údaje zadavateli:

Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem	Na Spravedlnosti 589, Rožmitál pod Třemšínem
IČ	42727219
DIČ	nejsme plátce DPH
zastoupená	Ing. Halenkovský Luboš, ředitel

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je nákup 20 ks elektricky polohovatelných postelí s matrací

Technické požadavky:

- vnější rozměry max. 200x100
- maximální zatížení 150 – 210 kg
- dělené postranice
- 4 – dílná polohovací ložní plocha
- 3-4 dílná polohovací funkce – celé lůžko i ložní plochy
- ruční ovládací panel
- vstupní napětí 220-240V
- Bezpečnostní krytí IP X4
- Přívodní kabel s přímou zástrčkou, kroucený kabel
- Nové nikoliv repasované lůžko
- ložní plocha kovové lamely (nikoliv dřevěné)
- kovová konstrukce opatřená práškovým nátěrem
- antidekubitní matrace minimálně výška 15 cm
- ochranný potah matrace voděodolný a paropropustný, šitý se zipem s výrazným označením vrchní strany

Podmínky:

1. Závazek dodavatele na udržování disponibility všech náhradních dílů po dobu min. 10 let od dodání
2. Záruka 3 roky, po její dobu roční bezplatné servisní kontroly
3. Cena včetně zboží a jeho dodání, transport, instalace a zaškolení

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba plnění veřejné zakázky je do konce října 2019. Místem plnění je Centrum Rožmitál pod Třemšínem. Nabídky nutno zaslat do 28. 02. 2019

3. HODNOTÍCI KRITÉRIUM

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je v smyslu ustanovení

§ 78, odst. 1, písm. b) nejnižší nabídka. V případě, že nabídka nesplní požadované parametry a technické podmínky bude nabídka takového uchazeče vyloučen z výběrového řízení.

4. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka včetně příloh musí předložena v originále. Zadavatel doporučuje všechny stránky nabídky očíslovat. Nabídka musí být na posledním listu podepsána oprávněnou osobou a vypracována v českém jazyce.

Schválil:

ředitel Centra
Ing. Halenkovský Luboš